



Warszawa 2018.-06-12 2018 r.

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 tys. €, na dostawę aparatury medycznej (7 pakietów)

Znak sprawy: PN – 27/18/IM

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pakiet nr 3 - odsysacze dymu

Pytanie nr 1

Pkt. I. 2

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w niezależny panel sterowania w formie ekranu dotykowego.

Odpowiedź: NIE. Pozostaje jak SIWZ.

Pytanie nr 2

Pkt. I.3, I.7

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z programem do chirurgii otwartej i laparoskopowej, z możliwością dokonywania indywidualnych ustawień parametrów odsysania w ramach każdego z tych programów

Odpowiedź: TAK. Pozostałe warunki jak SIWZ.

Prosimy o odstąpienie od wymogu zapamiętywania ustawień dla programów diatermii

Odpowiedź NIE, pozostaje jak SIWZ.

Pytanie nr 3

Pkt. I.9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia umożliwiającego ustawienie czasu odsysania po dezaktywacji diatermii

Odpowiedź TAK. Pozostałe warunki jak SIWZ.

Pytanie nr 4

Pkt. I.10

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego przepływu 850 l/min dla portu o średnicy 22 mm

Odpowiedź NIE, pozostaje jak SIWZ.

Pytanie nr 5

Pkt. I.11

Prosimy o dopuszczenie automatycznej aktywacji realizowanej przy pomocy czujnika mocowanego na kablu od instrumentu monopolarnego

Odpowiedź: TAK. Pozostałe warunki jak SIWZ.

Pytanie nr 6

Pkt. II.2

Prosimy o dopuszczenie uchwytu ze złączem 3PIN International, w przypadku zaoferowania w kpl. wielorazowego adaptera/przejściówki z 3Pin na 1Pin

Odpowiedź: TAK, ale w kpl./opakowanie z oprzyrządowaniem/. Pozostałe warunki jak SIWZ.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

mgr Monika Szwarcewska