



Warszawa, dnia.....2018 -05- 23

**dot. przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. € na dostawę:**

**1/ odczynników do uzdatniania, dezynfekcji wody i jej zbiorników**

**2/ odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do identyfikacji drobnoustrojów przy użyciu systemu MALDI BIOTYPER**

**nr sprawy Pn-32/18/IM**

**Wyjaśnienia do siwz**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy co następuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu 2 pozycja 2 i 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaferowania we wskazanej pozycji odczynnika z terminem ważności min 2/3 deklarowanego przez producenta terminu ważności (tj. 12 miesięcy)

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2 dotyczy pakietu 2 pozycja 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaferowania podłoża płynnego o terminie ważności 6 miesięcy.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3 dotyczy pakietu 4 pozycja 1,2,3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaferowania końcówek niesterylnych, ponieważ system nie wymaga sterylnych końcówek do pracy jedynie końcówki wysokiej czystości chemicznej.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.**

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W WARSZAWIE  
mgr Monika Szwarczewska