

pieczęć Wykonawcy

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia: system do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z aparatem do barwienia metodą Grama i wytrząsarką

Producent /firma .....  
 Kraj pochodzenia .....  
 Oferowany model / typ urządzenia .....  
 Rok produkcji .....

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	WYMAGANIE	PARAMETR OFEROWANY
1.	<u>analizator do wykrywania bakterii i grzybów z krwi i płynów ustrojowych</u> o pełnej automatyzacji procesu oznaczania (rok produkcji – nie wcześniej niż 2017)	TAK	
2.	stała gotowość analizatora do pracy – bez procedury startowej	TAK	
3.	szczegółowa instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (w formie papierowej i elektronicznej)	TAK	
4.	analizator wyposażony w czytelne programowanie w języku polskim, komunikaty w języku polskim	TAK	
5.	współpraca analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym będącym na wyposażeniu laboratorium w terminie zakończenia instalacji analizatora	TAK	
6.	analizator wyposażony w protokoły transmisji zapewniające dwukierunkową komunikację z zewnętrznymi systemami informatycznymi	TAK	
7.	W zestawie UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku braku napięcia przez co najmniej 20 minut	TAK <i>podać</i>	
8.	system kontroli jakości, pamięć wyników kontroli	TAK	
9.	wbudowany skaner kodów paskowych do odczytu ID pacjenta oraz „operatora”	TAK	
10.	wprowadzenie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych	TAK	
11.	podłoża, odczynniki potrzebne do oznaczania parametrów (oraz materiały zużywalne potrzebne do prawidłowej pracy aparatu) muszą pochodzić od jednego producenta	TAK	
12.	hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu	TAK	
13.	ilość miejsc w aparacie – nie mniej niż 240	TAK <i>podać</i>	

14.	system z możliwością powiększenia o kolejne moduły inkubacyjne	TAK	
15.	możliwość preinkubacji posiadanych podłoży bez uszczerbku na szybkości otrzymania wyniku dodatniego (wliczenie w proces detekcji i okresu preinkubacji) – potwierdzona dokumentem producenta	TAK	
16.	specjalne algorytmy do preinkubowania prób dodatnich, których wynik został uzyskany w trakcie preinkubacji poza analizatorem	TAK	
17.	wbudowany komputer z oprogramowaniem (uaktualnianym – w ramach wartości umowy i w czasie jej obowiązywania) w wersji graficznej (min. rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu)	TAK	
18.	<u>przystawka do barwienia met Grama</u> – ilość miejsc do barwienia min 10	TAK <i>podać</i>	
19.	metoda barwienia - natryskowa	TAK	
20.	panel sterowania dotykowy, umożliwiający programowanie różnych preparatów min. 8	TAK <i>podać</i>	
21.	czas barwienia max 5 minut	TAK <i>podać</i>	
22.	brak kontaminacji- każde szkiełko odseparowane od siebie	TAK	
23.	zintegrowany z aparatem oddzielny pojemnik na odpady	TAK	
24.	podłoża posiadające neutralizatory antybiotyków	TAK	
25.	instrukcja użytkowania (bądź inne dokumenty równoważne ) potwierdzająca możliwość posiewu krwi i płynów ustrojowych	TAK	
26.	<u>wytrząsarka</u> typu VORTEX z regulatorem prędkości, antypoślizgowymi nóżkami; możliwość pracy ciągłej lub impulsowej (uruchamianej przez naciśnięcie probówką nasadki wytrząsającej)	TAK <i>podać</i>	
	<b>WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE SERWISU DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA</b>	<b>WYMAGANIE</b>	<b>POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGANIA</b>
1.	Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe (w ramach wynagrodzenia umownego), zgodnie z zaleceniem producenta, ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy - w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera serwisowego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz ich zakres zostanie dostarczony do Działu Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy	TAK	
2.	naprawy analizatora (niezawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy	TAK	
3.	* czas reakcji na zgłoszeniu awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku)	TAK	

4.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii analizatora w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia	TAK	
5.	W przypadku wykonania naprawy – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do dokumentacji analizatora	TAK	
6.	Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym.	TAK <i>podać</i>	nr tel. .... e-mail: .....
7.	Za skuteczne zgłoszenie awarii uważa się zgłoszenie telefoniczne lub faxem	TAK	nr tel. .... nr faxu. ....
8.	Trzy awarie tego samego podzespołu/części analizatora w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkuje obligatoryjnym obowiązkiem wymiany analizatora	TAK	
9.	Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia umownego) aktualizację oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji	TAK	
	<b>INSTRUKTAŻ PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO</b>	<b>WYMAGANIE</b>	<b>POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGANIA</b>
1.	Wykonawca gwarantuje instruktaż (przeprowadzony na w ramach wartości umowy) personelu Użytkownika minimum na poziomie podstawowym w terminie do 15 dni roboczych od daty dostawy, uruchomienia i podłączenia analizatora oraz instruktaż uzupełniający po wprowadzeniu zmian w analizatorze lub oprogramowaniu. Przeprowadzony instruktaż udokumentowany zostanie stosownym certyfikatem/zaświadczeniem	TAK	
	<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>	<b>WYMAGANIE</b>	<b>POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGANIA</b>
1.	Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim : - instrukcję użytkownika aparatu/analizatora w języku polskim, - niezbędną dokumentację techniczną aparatu/analizatora - specyfikację katalogową (handlową) aparatu/analizatora, - kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot dostawy do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklarację zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię); - karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie papierowej lub elektronicznej	TAK	
2.	Termin dostawy analizatora, uruchomienie, podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego (dwukierunkowa komunikacja) – do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.	TAK	

3.	Nieodpłatna dostawa i instalacja analizatora oraz deinstalacja i odbiór po zakończeniu okresu obowiązywania umowy dzierżawy	TAK	
----	---	-----	--

Uwaga: W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymagania” / „ parametr oferowany” należy wpisać „TAK” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

\*przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

**Oświadczenie Wykonawcy:**

*Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.*

*Jednocześnie na każde żądanie Zamawiającego przedłożymy dokumenty potwierdzające prawdziwość przedstawionych przez nas danych.*

....., dnia .....2018 r.

.....  
*podpis i pieczęć imienna osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do reprezentowania  
Wykonawcy*

## Załącznik nr 1a do SIWZ, nr sprawy PN- 57/18MS

## Zapotrzebowanie na podłoża do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych, odczynników i innych materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych

LP	podłoża do hodowli bakterii tlenowych /*	Numer katalogowy	J.M.	liczba oznaczeń	Ilość opakowań	Cena jedn. opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto PLN
			szt.						
			szt.						
L.P.	podłoża do hodowli bakterii beztlenowych /*	Numer katalogowy				Cena jedn. opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto PLN
			szt.						
			szt.						
L.P.	odczynniki /*	Numer katalogowy				Cena jedn. opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto PLN
			szt.						
			szt.						
<b>RAZEM</b>									
L.P.	Materiały eksploatacyjne /zużywalne /*	Numer katalogowy				Cena jedn. opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto PLN
			szt.						
			szt.						
<b>RAZEM</b>									

Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanych wyrobów w kolejności numerów katalogowych (narastająco) w wymienionym powyżej asortymencie

1. Należy podać odpowiednią ilość podłoży do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych, odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych/zużywalnych do wykonywania oznaczeń i prawidłowej pracy analizatora/systemu w okresie 36 miesięcy
2. Jeżeli liczba oznaczeń dla poszczególnych parametrów w przeliczeniu na opakowania handlowe nie jest liczbą całkowitą należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
3. Rodzaj asortymentu i przewidywana ilość (sztuki) w okresie 36 miesięcy:

	RODZAJ ASORTYMENTU	ILOŚĆ SZTUK W OKRESIE 36 MIESIĘCY
a.	podłoże do hodowli bakterii tlenowych	11 000
b.	podłoże do hodowli bakterii beztlenowych	11 000
c.	fuksyna - A 500 ml	30
d.	jodyna - B	33
e.	fiolet krystaliczny - C 500 ml	30
f.	akcesoria:	
f1	bateria	2
f2	dyskietka	3

Wartość netto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

Wartość brutto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Dzierżawa analizatora / systemu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z aparatem do barwienia metodą Grama i wytrząsarką (1 szt.)

	Nazwa **/	Ilość miesięcy	Wartość netto za 1 miesiąc	Łączna wartość netto za 36 miesięcy w PLN	VAT %	Wartość VAT	Łączna wartość brutto za 36 miesięcy w PLN
1.		36					
	RAZEM						

\*\*/ wpisać poniżej: nazwę, model,

Wartość netto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

Wartość brutto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

Łączna wartość oferty netto (odczynniki i dzierżawa): ..... PLN (słownie: ..... PLN)

Łączna wartość oferty brutto (odczynniki i dzierżawa): ..... PLN (słownie: ..... PLN)

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

[pieczęć firmowa]

## FORMULARZ OFERTOWY

## OFERTĘ SKŁADA:

	Nazwa i adres Wykonawcy
Wykonawca	

Adres:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	
hasło dostępne do pliku JEDZ	
inne informacje dla prawidłowego dostępu do pliku JEDZ, w szczególności informacje o wykorzystywanym programie szyfrującym oraz procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ	

To małe/średnie przedsiębiorstwo	Tak/nie*
Pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej	Tak/nie*
Pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej	Tak/nie*

\*niewłaściwe skreślić

W odpowiedzi na ogłoszenie o procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest Dzierżawa systemu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z aparatem do barwienia metodą Grama oraz zakupem i sukcesywną dostawą podłoży do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych, odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej



Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę:

**łączna wartość oferty (na okres 36 miesięcy):**

Wartość netto PLN: .....

Słownie wartość netto PLN: .....

Wartość brutto PLN: .....

Słownie wartość brutto PLN: .....

w tym:

	Wartość netto:	Wartość brutto:
Koszt zakupu podłoży, odczynników, oraz innych materiałów zużywalnych		
Koszt dzierżawy analizatora/systemu		
<b>RAZEM</b>		

Okres przydatności towaru do użytku (*minimalnie 12 miesięcy*)

- dla odczynników – ..... od chwili dostawy do Zamawiającego
- dla podłoży do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych - ..... od chwili dostawy do Zamawiającego
- dla materiałów zużywalnych - ..... od chwili dostawy do Zamawiającego

Wartość przedmiotu zamówienia określona na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

2. Oświadczamy, że akceptujemy Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oferujemy termin płatności ..... dni (min. 60 dni) od daty każdorazowego otrzymania faktury VAT.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia siłami własnymi\* /lub przy pomocy podwykonawców\* (należy wówczas wypełnić poniższą tabelę) - \*niepotrzebne skreślić:

Wykaz części zamówienia, które wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Lp.	Powierzony zakres prac	Nazwa podwykonawcy

5. Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Główne miejsce wykonywania usługi:

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości .....PLN

(słownie:.....PLN)  
w postaci .....

7. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

8. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy (w przypadku gdy wadium zostało wniesione w formie pieniężnej)

.....  
(nazwa banku, numer rachunku bankowego)

.....  
(nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego)

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (*właściwie podkreślić*) informacjami(-e) stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. \*

L.P.	Nazwa dokumentu utajnionego	Uzasadnienie faktyczne i prawne	Dokument potwierdzający przyczynę i ważność utajnienia /dokument załączyć do oświadczenia/
1.			
2.			

W związku z utajnieniem w.w dokumentów oświadczamy, że:

- a/ wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (decyzja/dezycje w załączeniu);
- b/ zastrzeżenie niejawności w.w informacji jest nadal ważne;
- c/ informacje te nie wchodzi w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w rejestrach sądowych;
- d/ informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego Wykonawcom, jako warunki przystąpienia do postępowania i kryteriów wyboru Wykonawcy;
- e/ po podjęciu decyzji o objęciu w.w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym.

10. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

.....  
(imię nazwisko – stanowisko)

12. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze

strony Wykonawcy jest: ..... tel. kont. ....  
(imię nazwisko – stanowisko)

Ofertę składam(-my) na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie  
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  
o świadczeń woli w jego imieniu)

**NA FAKTURZE VAT NALEŻY PODAĆ:**

- nr umowy, na podstawie, której dostawa została wykonana

*\*/ niepotrzebne skreślić*

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy

### W Y K A Z DOSTAW

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Dzierżawa systemu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych  
wraz z aparatem do barwienia metodą Grama  
oraz zakupem i sukcesywną dostawą podłoży do hodowli bakterii tlenowych  
i beztlenowych, odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych  
dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej  
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

przedstawiam wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

L.p.	Przedmiot dostawy	Wartość brutto dostawy (PLN)	Termin realizacji dostaw		Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	

Do wykazu należy dołączyć dowód potwierdzający, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie

data.....

.....  
czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną  
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

## Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

### § 1 Przedmiot umowy, okres obowiązywania umowy

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje podłoża do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych, odczynniki i inne materiały eksploatacyjne, zwane dalej "towarem", które będą wykorzystywane do aparatu/analizatora\* w ..... w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5. Rodzaj, ilość, cenę towaru określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca wdzierżawia Zamawiającemu, na okres 36 miesięcy – począwszy od dnia ..... , aparat/analizator\* ..... ) z wyposażeniem dodatkowym do ..... Szczegółowy opis aparatu/analizatora i parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do umowy.

### § 2 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych .
2. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż.....miesiące od daty dostawy.
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na podstawie odrębnych zamówień częściowych, o których mowa w § 6 ust. 1
5. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do magazynu przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu o którym mowa w ust. 4.
6. Wykonawca zobowiązany jest na fakturach umieścić numer umowy i ceny jednostkowe brutto towaru.

### § 3 Odbiór towaru

1. Odbiór towaru dokonywany będzie w miejscu określonym przez Zamawiającego w zamówieniu. Wykonawcę reprezentuje przy dostawie osoba dostarczająca towar, a Zamawiającego pracownik odbierający towar.
2. Dowodem dostawy towaru jest dokument podpisany przez osobę odbierającą towar w imieniu Zamawiającego, w którym potwierdzony będzie odbiór towaru i data odbioru.

### § 4 Zmiany ilości zamawianego towaru

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy mniejszych potrzeb w zakresie ilości zamawianego towaru niż określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 20% ilości i wartości dostawy towaru w stosunku do ilości i wartości określonych w załączniku do niniejszej umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości danej pozycji zamawianego towaru w ramach jednego pakietu, określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy do wysokości wynagrodzenia brutto danego pakietu oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,
  - 2) zmiany następują w obrębie jednego pakietu określonego w Załączniku do niniejszej umowy,
  - 3) zmiany nie powodują przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto danego pakietu i wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
- z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.

#### § 5 Cena towaru, Wynagrodzenie

1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i liczby/ilości dostarczonego towaru. łączna wartość towaru będącego przedmiotem umowy nie może przekroczyć kwoty ..... PLN brutto (słownie złotych: .....).
2. Czynsz dzierżawny za dzierżawę aparatu/analizatora\* z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem wynosi łącznie kwotę brutto ..... zł. Czynsz płatny jest w równych ratach miesięcznych z dołu tj. po zakończeniu każdego miesiąca umowy w wysokości ..... zł brutto, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie ..... dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
3. Koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia towaru i aparatu/analizatora\*, wliczone są w cenę towaru.
4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 60 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
5. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie ul. W.K. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B.
6. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

#### § 6 Terminy dostaw

1. Towar określony w § 1 ust. 1 dostarczany będzie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego sukcesywnie w terminie 36 miesięcy, począwszy od dnia ..... 2018 r. - w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego w zamówieniach częściowych, przekazywanych Wykonawcy faxem na nr..... na 5 dni roboczych przed terminem dostawy. Jeżeli dostawa wypadłaby w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu\* tj. w dniu roboczym po godz. 15:00, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po wyznaczonym terminie. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania zamówień jest pracownik Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego.
2. Wykonawca na własny koszt, w terminie do .... dni roboczych od daty zawarcia umowy, dostarczy i uruchomi aparat/analizator\*: ..... egz. w ..... przy ul. ....
3. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego przewyższy cenę Wykonawcy określoną w niniejszej umowie, różnicę w cenie towaru zapłaci Wykonawca. Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.

#### § 7 Dzierżawa aparatury

1. Wykonawca zapewnia, że aparat/analizator\*..... (model, nazwa), będące przedmiotem umowy, nie są obciążone prawami osób trzecich i umożliwiają wykonanie oznaczeń odczytnymi stanowiącymi przedmiot umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu/analizatora\* w terminie 5 dni od daty jego uruchomienia. Wraz z aparatem/analizatorem\* Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi aparatu/analizatora\* w języku polskim. Odbiór aparatu/analizatora wraz z pełną dokumentacją nastąpi protokolarnie. Ze strony Zamawiającego protokół odbioru podpisany zostanie przez Kierownika Działu

Gospodarki Aparaturowej lub osobę przez niego upoważnioną oraz Kierownika ..... lub osobę przez niego upoważnioną.

3. Warunki serwisu i instruktażu określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. W okresie obowiązywania umowy, przeglądy, konserwacje i naprawy serwisowe nie wynikające z winy Zamawiającego, wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi, wykonywane będą przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawca gwarantuje należyłą pracę aparatu/analizatora\*, zgodną z jego przeznaczeniem przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Wykonawca ma prawo kontroli sposobu użytkowania przedmiotu dzierżawy.
6. Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy udostępniać aparatu/analizatora\* do użytkowania, ani też poddzierżawiać osobom trzecim.

#### § 8 Wady dostawy, reklamacje

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub braków ilościowych w dostarczonym towarze, Wykonawca na własny koszt wymieni ten towar na wolny od wad lub uzupełni brakującą ilość towaru, w powyżej określonym terminie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku:
  - dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia,
  - dostarczenia towaru z opóźnieniem,
  - dostarczenia towaru w uszkodzonym opakowaniu lub transportowanego w nieodpowiednich warunkach (np. temperatura, światło)
  - dostarczenia wadliwego analizatora
4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru lub aparatu/analizatora\*, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który przejmie zobowiązania wynikające za zgłoszonych roszczeń i ponosić będzie odpowiedzialność z tego tytułu.

#### § 9 Kary umowne

1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 Zamawiający ma prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wartości brutto nie dostarczonej dostawy.
2. W przypadku nie dostarczenia aparatu/analizatora w terminie określonym w umowie, o którym mowa w § 6 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100 % wartości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego.
3. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub w wymaganej umową lub zamówieniem ilości, w terminie określonym w § 8 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty tytułem kary umownej 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy.
5. W przypadku niedokonania naprawy awarii aparatu/analizatora w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii lub nie zainstalowania w terminie 7 dni od zgłoszenia awarii analizatora zastępczego (o pełnej funkcjonalności), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w



wysokości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień awarii, licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia awarii.

6. Kara określona w ust. 4 powyżej, należna będzie również w przypadku nie wykonania przeglądu, zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, bądź z należnego Wykonawcy czynszu dzierżawnego, w przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.
8. W przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę z powodu nie wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody.
9. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.

#### § 10 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
  - 1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie;
  - 2) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności co najmniej dwukrotnego niedostarczenia, co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru z opóźnieniem lub dostarczenia towaru o złej jakości.
  - 3) w przypadku zmiany sposobu leczenia lub mniejszej liczby pacjentów, lub braku zgody NFZ na finansowanie kosztów zakupu towaru, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
  - 1) wykorzystania dzierżawionego aparatu/analizatora w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  - 2) oddania aparatu/analizatora bez zgody Wykonawcy do używania osobom trzecim lub poddzierżawiania go,- po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości w użytkowaniu aparatu/analizatora i wyznaczeniu 30 dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

#### § 11 Informacje poufne

1. Strony zobowiązują się do:
  - zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji posiadających wartość gospodarczą udostępnianych wzajemnie w związku z niniejszą Umową;
  - podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie od Strony, której informacja dotyczy. Strona, która otrzymuje informacje drugiej strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień ust. 1 pkt. 1);
  - ujawniania informacji o których mowa ust. 1 pkt. 1) jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji Umowy;
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji które:
  - 1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  - 2) są znane Stronom z innych źródeł i nie naruszają postanowień niniejszej Umowy;
  - 3) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;

- 4) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną.

### § 12 Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Dane osobowe Wykonawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona zgoda Wykonawcy.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania Umowy.
5. Wykonawca posiada prawo dostępu swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

### § 13 Zmiany treści umowy

1. Strony dopuszczają zmiany umowy:
  - w zakresie numeru katalogowego towaru,
  - w zakresie nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,
  - w zakresie sposobu konfekcjonowania towaru,
  - w zakresie liczby opakowań towaru,
  - w zakresie zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu określonego w niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.Zmiana może być dokonana w ramach tego samego pakietu zamówienia.
  - w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania produkcji, wycofania towaru z obrotu lub wstrzymania dystrybucji, z zastrzeżeniem, że odpowiednik będzie posiadał parametry nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:  
zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany.
4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w

niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.

5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości opakowania przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny określonej w umowie.
6. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 – 5 dokonywane są na podstawie aneksu do umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia wniosku.
7. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn określonych w ust. 3 - 5, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić.

#### § 14 Cesja

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia na osobę trzecią kwoty wierzytelności przysługującej Wykonawcy, w tym do zarządzania i administrowania wierzytelnością.
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

#### § 15 Postanowienia końcowe

1. Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

#### załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis parametrów technicznych aparatu/analizatora
3. Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu dostawy i odbioru aparatu/analizatora,
4. Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu instalacji aparatu/analizatora,
5. Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu uruchomienia i odbioru końcowego aparatu/analizatora.
6. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wzór Protokołu dostawy i odbioru aparatu/analizatora

Warszawa, dnia .....

1. Zamawiający:

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w  
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:

.....

w imieniu którego przekazuje:

.....;

zgodnie z umową nr ....., aparat/analizator :

L.p.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	Ilość
1				

2. Zamawiający potwierdza:

- dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją dostawy oraz specyfikacją techniczną przedmiotu umowy.

3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że aparat/analizator wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje przyjęty bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie dostawy aparatu/analizatora wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu zostało zrealizowane z należytą starannością.

5. W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.

6. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt.2 niniejszego protokołu

.....

.....

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wzór Protokołu instalacji aparatu/analizatora

Warszawa, dnia .....

1. Zamawiający:

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w  
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....

niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:

.....

zgodnie z umową nr .....aparatu/analizatora:

L.p.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	Ilość
1				

2. Zamawiający potwierdza dokonanie instalacji przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych (*jeśli dotyczy*).
3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że instalacja aparatu/analizatora wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu *zostaje/nie zostaje\** przyjęta bez zastrzeżeń.
4. W przypadku niezrealizowania któregośkolwiek z pkt. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.
5. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2 - 5 niniejszego protokołu

.....

.....

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

\*/ niepotrzebne skreślić

Wzór Protokołu uruchomienia i końcowego odbioru aparatu/analizatora

Warszawa, dnia .....

1. Zamawiający:

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w  
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....

niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:

.....

zgodnie z umową nr .....aparatu/analizatora:

L.p.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	Ilość
1				

2. Zamawiający potwierdza uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń określonych w załączniku nr 2 do umowy.

3. Zamawiający potwierdza, że otrzymał:

- instrukcję użytkowania aparatu/analizatora w języku polskim,
- niezbędną dokumentację techniczną aparatu/analizatora,
- specyfikację katalogową (handlową) aparatu/analizatora,
- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot dostawy do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklarację zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa

dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię) dla każdego aparatu/analizatora wymienionego w pkt. 1.

4. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że aparat/analizator wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu *zostaje/nie zostaje*\* przyjęty bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie uruchomienia aparatu/analizatora wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu oraz przeprowadzenie szkoleń o których mowa załączniku nr 2 do umowy *zostało/ nie zostało* \* zrealizowane z należytą starannością.
6. W przypadku niezrealizowania któregośkolwiek z pkt. 2 - 5 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.
7. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2 - 5 niniejszego protokołu

.....  
.....

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

\*/ niepotrzebne skreślić

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze, że na podstawie umowy nr ..... o udzielenie zamówienia publicznego z dnia .....r. (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego dostawę a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

### §1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje:
  - 1) Imię i nazwisko
  - 2) PESEL w przypadku braku numeru pakietu badań z systemu laboratoryjnego;
  - 3) Płeć
  - 4) Dane medyczne/wynik badania
  - 5) Informacje techniczne metody badania
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.
5. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 3 i § 2 niniejszej umowy.

### § 2 Prawa i obowiązki Stron

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, do Ustawy. W zakresie



przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.

3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:.....
5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
6. W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależyście wykonuje którykolwiek z obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, czego konsekwencją jest postępowanie administracyjne, cywilne lub karne w związku z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości brutto 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN) za każde stwierdzone naruszenie.

### §3 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z .....r.
2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z .....r.
3. W przypadku rozwiązania lub zakończenia Umowy Wykonawca jest zobowiązany do trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z wszelkich nośników i urządzeń podlegających zwrotowi. Wykonanie przez Wykonawcę wskazanego wyżej obowiązku zostanie stwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru, zawierającym oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu tego obowiązku.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

pieczęć Wykonawcy

## OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół z otwarcia ofert)

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dzierżawa systemu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych  
wraz z aparatem do barwienia metodą Grama  
oraz zakupem i sukcesywną dostawą podłoży do hodowli bakterii tlenowych  
i beztlenowych, odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych  
dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej  
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

⇒ nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, \*

lub

⇒ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

⇒ i składam (nie składam)\* wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.\*

.....

....., dnia .....2018 r.

.....

podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

\* - *niepotrzebne skreślić*

pieczęć podmiotu

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Podmiot użyzający\*  
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w imieniu .....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Dzierżawa systemu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych  
wraz z aparatem do barwienia metodą Grama  
oraz zakupem i sukcesywną dostawą podłoży do hodowli bakterii tlenowych  
i beztlenowych, odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych  
dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej  
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie  
(nazwa postępowania)

1. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka  
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

....., dnia ..... r.

.....  
podpis i pieczęćka imienna osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

2. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne\*
- wydano wyrok lub decyzję\*  
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

....., dnia ..... r.

.....  
podpis i pieczęćka imienna osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

3. Oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

....., dnia ..... r.

.....  
*podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej*

\*niepotrzebne skreślić