



Warszawa, 11.06.2018 r.

Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: Pakiet nr 1 – Pirosekwenator, Pakiet nr 2 – Zestaw do wideonasofiberoskopii, Pakiet nr 3 – Komora laminarna, nr PN – 58/18/DF.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### Pytanie 1:

**Pytania dot. Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Zestaw do wideonasofiberoskopii poz. 1.1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny kamerę endoskopową wysokiej rozdzielczości z głowicą wyposażoną w matrycę 1/4 " CCD ?

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny kamerę endoskopową wysokiej rozdzielczości z głowicą wyposażoną w matrycę 1/4 " CCD.

#### Pytanie 2:

**Pytania dot. Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Zestaw do wideonasofiberoskopii poz. 1.3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny kamerę endoskopową o czułości 2 Lux ?

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny kamerę endoskopową o czułości 2 Lux.

#### Pytanie 3:

**Pytania dot. Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Zestaw do wideonasofiberoskopii poz. 1.7**

Czy Zamawiający dopuści do oceny kamerę endoskopową z głowicą kamery o wadze maks. 210g?

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny kamerę endoskopową z głowicą kamery o wadze maks. 210g.

#### Pytanie 4:

**Pytania dot. Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Zestaw do wideonasofiberoskopii poz. 1.8**

Czy Zamawiający dopuści do oceny kamerę endoskopową z głowicą kamery o wymiarach: Ø30mm i długości L=87mm?

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny kamerę endoskopową z głowicą kamery o wymiarach: Ø30mm i długości L=87mm.



**Pytanie 5:**

**Pytania dot. Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Zestaw do wideonasofiberoskopii poz. 6.5**

Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop (nasofarygofiberoskop) o średnicy roboczej maks. 3,5mm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny endoskop (nasofarygofiberoskop) o średnicy roboczej maks. 3,5mm.

**Pytanie 6:**

**Pytania dot. Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Zestaw do wideonasofiberoskopii poz. 6.6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop (nasofarygofiberoskop) o wygięciach końcówki góra/dół 130° ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny endoskop (nasofarygofiberoskop) o wygięciach końcówki góra/dół 130°.

**Pytanie 7:**

**Pytania dot. Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Zestaw do wideonasofiberoskopii poz. 6.8**

Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop (nasofarygofiberoskop) z walizką wykonaną z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny endoskop (nasofarygofiberoskop) z walizką wykonaną z tworzywa sztucznego.

**Pytanie 8:**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3 oraz załącznik nr 1.2 do SIWZ pkt. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat.

**Pytanie 9:**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisów umowy.

**Pytanie 10:**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia na czas przedłużającej się naprawy ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia na czas przedłużającej się naprawy.

**Pytanie 11:**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10% ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisów umowy.



**Pytanie 12:**

Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ – pkt. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji (...).” ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisów umowy.

**Pytanie 13:**

Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ – pkt. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by urządzenie zastępcze dostarczane było w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku gdy naprawa trwa powyżej 5 dni roboczych. Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.

**Pytanie 14:**

**Pakiet nr 2: Zestaw do videonasofiberoskopii**

Ad. 6.3 Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania dopuści endoskopy elastyczne niemieckiej produkcji o polu widzenia 80 st. ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 15:**

**Pakiet nr 2: Zestaw do videonasofiberoskopii**

Ad. 6.8 Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania dopuści w zestawie dwie walizki transportowe z tworzywa sztucznego oraz dwa testery szczelności ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
I ZAOPATRZENIA  
Centrum Onkologii-Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie  
  
mgr Monika Szwarczewska

SPECJALISTA  
Zamówień Publicznych  
  
mgr Danuta Filipiak

KIEROWNIK SEKCJI  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii-Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie  
  
Mariola Bałkowska