

Warszawa, 2018 - 07 - 12

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawk z solą fizjologiczną, nr **PN-122/18/TM**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie nr 1:**

„Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy strzykawki do przepłukiwania cewników mają cechować się terminem ważności min. 30 m-cy do daty produkcji?”

**Odpowiedź:** Oferta powinna być złożona zgodnie zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawki z solą fizjologiczną mają posiadać gwintowy (dokręcany) korek zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wypadnięciem korka?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyżej opisanego produktu.

**Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Załączniku nr 1 do SIWZ nr PN-122/18/TM strzykawk o następujących parametrach:

Poz. 1 Strzykawka 5 ml. Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 5 ml (średnica cylindra odpowiadająca strzykawce o poj. 10ml), sterylna wewnątrz. Sterylizowana radiacyjnie. Konstrukcja strzykawki 3 częściowa, zapobiegająca refluksowi niezależnie od ciśnienia. Zróżnicowane kolory korków w zależności od pojemności. Nie zawiera latexu. Opakowanie- folia. Kod kreskowy EAN 13 nadrukowany bezpośrednio na strzykawce dla lepszej kontroli procedur. Nie przeznaczona do użytku w sterylnym polu. Opakowanie zbiorcze zawiera 150 strzykawk.

Poz. 2 Strzykawka 10 ml. Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (średnica cylindra odpowiadająca strzykawce o poj. 10ml), sterylna wewnątrz. Sterylizowana radiacyjnie. Konstrukcja strzykawki 3 częściowa, zapobiegająca refluksowi niezależnie od ciśnienia. Zróżnicowane kolory korków w zależności od pojemności. Nie zawiera latexu. Opakowanie- folia. Kod kreskowy EAN 13 nadrukowany bezpośrednio na strzykawce dla lepszej kontroli procedur. Nie przeznaczona do użytku w sterylnym polu. Opakowanie zbiorcze zawiera 125 strzykawk.”

**Odpowiedź:** Oferta powinna być złożona zgodnie zapisami SIWZ.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
I ZAOPATRZENIA  
Centrum Onkologii-Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie  
mgr Monika Szwarczewska

SY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
Teresa Melibruda