

Warszawa, 2019.05.31

## Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

### Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. €, na zakup akcesoriów do łóżek, kardiomonitorów oraz wózka wsadowego, znak sprawy: PN – 70/19/JP**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie nr 1:**

##### **dotyczy pakietu nr 1, załącznik nr 1.1 do SIWZ**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji o numerach seryjnych oraz modelach łóżek do których potrzebne są wymienione w załączniku 1.1. akcesoria. Numer seryjny oraz model łóżka jest niezbędny do zakupu przewodu zasilania sieciowego 230V oraz pilota sterowania ręcznego, ponieważ istnieje kilka rodzajów przewodów i pilotów do łóżka typu Eleganza Smart.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że akcesoria podane w załączniku nr 1.1 potrzebne są do łóżek typu 1GMR1221-1, o numerach seryjnych od 20080157950 do 69.**

#### **Pytanie nr 2:**

##### **dotyczy pakietu nr 3**


Prosimy o podanie modelu monitora Datex Ohmeda

**Odpowiedź: Model (nazwa) monitora Datex Ohmeda - CCM.**

#### **Pytanie nr 3:**

##### **dotyczy pakietu nr 3, Pkt. 4**

Prosimy o podanie, czy wtyczka od strony aparatu ma 11 pin



Czy 10 pin?




**Odpowiedź:** Wtyczka od strony aparatu ma 11 pin.

**Pytanie nr 4:**

**dotyczy pakietu nr 3 , Pkt. 5**

Jeśli czujnik ma być wpinany do kabla przedłużającego to prosimy o dopuszczenie złącza Trusignal/DB9?



**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza złącze Trusignal/DB9.

**Pytanie nr 5:**

**dotyczy pakietu nr 3 , Pkt. 6**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35cm

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze 25-35cm.

**Pytanie nr 6:**

**dotyczy pakietu nr 3 , Pkt. 7**

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza przewód o długości 2,5 m.

**Pytanie nr 7:**

**dotyczy pakietu nr 3 , Poz. 5\_**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3m

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza kabel o długości 3m.

**Pytanie nr 8:**

**dotyczy pakietu nr 3 , Pkt. 7**

Czy Zamawiający dopuści przewód NIBP kompatybilny z Marquette o długości 3,6 m?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza przewód NIBP kompatybilny z Marquette o długości 3,6 m.

**Pytanie nr 9:**

**dotyczy pakietu nr 3 , Pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści kabel główny o długości 1,2 lub 3,6 m?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza kabel główny o długości 1,2 lub 3,6 m.

**Pytanie nr 10:**

**dotyczy pakietu nr 3, Pkt. 5**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ilość wymaganych pinów na złączce do czujnika saturacji na palec?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 8 pinów na złączce do czujnika saturacji na palec.**

**Pytanie nr 11:**

**dotyczy pakietu nr 3**

Pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 3 miesięczną gwarancję w zakresie mankietu dla dorosłych, dwużyłowego? Producent mankietu udziela 3 miesięcznej gwarancji.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 3 miesięczną gwarancję w zakresie mankietu dla dorosłych, dwużyłowego.**

**Pytanie nr 12:**

**dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ § 8**

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęto się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Kara za zwłokę dotyczy wartości niedostarczonej partii towaru a nie całej wartości umowy. Odstąpienie z winy Wykonawcy powoduje znaczne utrudnienia w zapewnieniu ciągłości należytego poziomu leczenia i kara 20% nie jest nadmiernie wygórowana.**

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
I ZAOPATRZANIA  
Centrum Onkologii - Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie  
*mgr Monika Szwarczewska*