

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	Roentgena
NO_DOC_EXT:	2019-111956
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	motelska@coi.waw.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul.Wawelska 15 B

Warszawa

02-034

Polska

Osoba do kontaktów: Krystyna Terech-Worosz

Tel.: +48 225709432

E-mail: krystyna.terech-worosz@coi.pl

Faks: +48 225709432

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.coi.pl

Adres profilu nabywcy: www.coi.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa wskaźników biologicznych, chemicznych, testów kontroli mycia i dezynfekcji oraz plomb do kontenerów, PN-153/19/KT

Numer referencyjny: pn-153/19/KT

II.1.2) **Główny kod CPV**

33140000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wskaźników biologicznych, chemicznych, testów kontroli mycia i dezynfekcji oraz plastikowych plomb do zamykania kontenerów - zgodnie ofertą cenową/ opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

08/08/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: Roentgena

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-100101

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-339395

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/07/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

d) W zakresie Pakietu Nr 1, 3 Wykonawca przedłoży dokumenty:

Pakiet nr 1 :

Poz . 1, 2

- certyfikat - zgodność z normą PN EN ISO 11140 (potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej)

Poz. 3.

- certyfikat - zgodność z normą PN EN ISO 11140-1 oraz PN EN ISO 11140-5

Poz.4,5,6,8

- certyfikat - zgodność z normą PN EN ISO 11138 (potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej)

Pakiet nr 3 :

Poz. 1

- Poświadczony dokument producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.

Poz.2

- oświadczenie producenta o zgodności ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15883-5, oświadczenie producenta o braku we wskaźniku związków krwi ani jej pochodnych.

Poz.4

- oświadczenie producenta o zgodności ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15883-5, oświadczenie producenta o braku we wskaźniku związków krwi ani jej pochodnych.

Powinno być:

Zamawiający również:

Pak. 1 poz. 2

Zamawiający dopuści w pozycji 2 pakietu 1 oświadczenie producenta o zgodności z normą PN EN ISO 11140

Pak. 1 poz. 5

Zamawiający odstąpi od wymogu w pozycji 5 pakietu 1 przedstawienie certyfikatu jednostki notyfikowanej na zgodność z normą PN EN ISO 11138, wymieniona norma nie obejmuje swoim zakresem inkubatorów/ autocyfrykatorów, które są składowymi zestawu wymaganego w tej pozycji

Pak. 1 poz. 3

Zamawiający dopuści w pozycji 3 pakietu 1 oświadczenie producenta o zgodności z normą PN EN ISO 11140 – 1 oraz ISO 11140-5 oferowanego produktu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 22/08/2019

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/10/2019
Powinno być:
Data: 24/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 09:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**