

Warszawa 04.08.2020

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr ZO-18/20/JM na zakup i wymianę akumulatorów i innych części zamiennych dla 19 sztuk pomp infuzyjnych GP Plus Guardrails.

WYJAŚNIENIE TREŚCI OPISU ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zgłoszenie do zapytania ofertowego nr ZO-18/20/JM informujemy o zmianie opisu przedmiotu zamówienia.

Było:

Lp.	Nazwa urządzenia typ:	Numer seryjny	Numer inwentarzowy
6.	Pompa infuzyjna GP Plus Guardrails	570000987	8-011886
18.	Pompa infuzyjna GP Plus Guardrails	570000977	8-011878

Po zmianie:

Lp.	Nazwa urządzenia typ:	Numer seryjny	Numer inwentarzowy
6.	Pompa infuzyjna VP Plus Guardrails	570000987	8-011886
18.	Pompa infuzyjna VP Plus Guardrails	570000977	8-011878

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością użycia innego akumulatora do modelu pompy Alaris VP Plus Guardrails.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Monika Szwarczewska