

Warszawa, 16.03.2021r.

Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr ZO-3/21/BD na wykonanie odczytów dawek od promieniowania jonizującego, gamma lub RTG przy użyciu dawkomierzy/dozymetrów termoluminescencyjnych**

Zamawiający działając na podstawie pkt. XI. 2 Zapytania ofertowego nr ZO-3/21/BD informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania.

Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami zapytania lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia, należy przyjąć, że stanowią one zmianę, dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z zapytaniem, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami zapytania, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia zapytania, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią niniejszego zapytania.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Pytanie 1

„W celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi oraz dla zapewnienia równorzędności stronom umowy proponujemy wprowadzenie n/w zmian do Wzoru umowy ( Załącznik nr 3 do ZO-3/21/BD):

**w § 1 ust. 2. dodać pkt. 3** opisujący przedmiot usługi dla celów podatkowych, o treści:

3. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy zamówione dawkomierze. Po zakończonym cyklu pomiarowym Zamawiający zwraca dawkomierze, które Wykonawca rejestruje, przygotowuje do odczytu, oraz wykonuje odczyt dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub RTG. Następnie Wykonawca opracowuje wyniki (obliczenia dawek na podstawie odpowiedniej kalibracji) i sporządza Sprawozdanie z badań, które przekazuje do Zamawiającego”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowy zapis w umowie - § 1 ust. 2 pkt. 3**

#### w § 1 ust. 3 zastąpić zapisem:

„W przypadku niezwrócenia dawkomierzy do odczytu w terminie przekraczającym 120 dni po zakończonym cyklu pomiarowym lub do 60 dni po upływie terminu obowiązywania umowy, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ich ceną zgodnie z ofertą Nr.....”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis w § 1 ust. 3: "W przypadku niezwrócenia dawkomierzy do odczytu w terminie przekraczającym 120 dni po zakończonym cyklu pomiarowym lub do 60 dni po upływie terminu obowiązywania umowy, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ich ceną zgodnie z ofertą Nr.....Obciążenie będzie skuteczne wyłącznie w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę przekazania ww. dawkomierzy Zamawiającemu do używania. Po zapłaceniu przez Zamawiającego kwoty będącej sumą wartości niezwróconych dawkomierzy stają się one własnością Zamawiającego.**

**w § 7 ust. 4 ostatnie zdanie zastąpić zapisem:**

„Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do wykonanych odczytów dawkomierzy przekazanych Zamawiającemu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a zwróconych przez Zamawiającego po okresie obowiązywania umowy ale nie później niż do 60 dni po upływie okresu obowiązywania umowy. W takim przypadku Wykonawca prześle Zamawiającemu Sprawozdanie z badań oraz fakturę za wykonaną usługę”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis w § 7 ust. 4**

1. W przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy w terminie określonym w ust. 1, Strony przewidują możliwość przedłużenia na podstawie aneksu do umowy okresu obowiązywania umowy do czasu na jej wykorzystania, nie dłużej niż do 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Po zakończeniu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu będących własnością Wykonawcy używanych dawkomierzy lub do pokrycia ich kosztów zgodnie z par 1 ust.3

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
  
mgr Monika Szwarczewska