

08 WRZ. 2022
Warszawa, r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, Nr sprawy: PN-200/22/MSZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 5

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

CZĘŚĆ 10 - NARZĘDZIA CHIRURGICZNE - KLESZCZE NOSOWE

Lp.1 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, szer. 3 mm.

Lp.2 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, szer. 3,6 mm.

Lp.3 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm.

Lp.5 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, szer. 3,6 mm.

Lp.6 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm.

Lp.7 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Lp.8 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Lp.9 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, bez portu do płukania.

Lp.10 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, #2 bez portu do płukania.

Lp.11 Kleszczyki Gruenwald.

Lp.12 Kleszczyki Gruenwald.

Lp.13 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców lub prosimy o dopuszczenie igły z kulką zgiętej o wym. 1,8x80 mm.

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 49 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

Odpowiedź:

Ad.1 Lp.1 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, szer. 3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszcze typu Weil- Blakesley o długości 120 mm i szerokości 3 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad.2 Lp.2 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, szer. 3,6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszcze typu Weil- Blakesley o długości 120 mm i szerokości 3,6 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad.3 Lp.3 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszcze typu Weil- Blakesley o długości 120 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad.4 Lp.5 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, szer. 3,6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszcze typu Weil- Blakesley o długości 120 mm i szerokości 3,6 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad.5 Lp.6 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszcze typu Weil- Blakesley o długości 120 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad.6 Lp.7 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.7 Lp.8 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.8 Lp.9 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, bez portu do płukania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy bez portu do płukania, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad.9 Lp.10 Kleszczyki Weil-Blakesley, dł. 120 mm, #2 bez portu do płukania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy bez portu do płukania, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad.10 Lp.11 Kleszczyki Gruenwald.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszcze typu Gruenwald, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad.11 Lp.12 Kleszczyki Gruenwald.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszcze typu Gruenwald, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad.12 Lp.13 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców lub prosimy o dopuszczenie igły z kulką zgiętej o wym. 1,8x80 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.13 Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 49 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 pozycji nr. 1 szpatułkę mózgową o wymiarach 8/5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 pozycji nr. 2 szpatułkę mózgową o wymiarach 14/5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 pozycji nr.3 szpatułkę mózgową o wymiarach 17/5, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 9

Część nr 6, Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów, skalowanych co 5 cm, w zestawie z drutem o długości 145 cm oraz sterowalnym popychaczem o długości 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Część nr 7, Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie 12-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów wykonanych z czarnego silikonu (oba końce otwarte) w zestawie z prowadnicą o długości 145 cm o rozmiarach 6 i 7 Fr (24, 26, 28 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Monika Szwarczewska

