

04. LIS. 2022

Warszawa, r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku.

PN-266/22/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

1. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 13 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 13 ust. 1.1 wskazał: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku:

- 1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką

może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 13 ust 1.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Część nr 7

2. Poz. Nr 11 – prosimy o wyjaśnienie czy narzędzie ma być proste czy też może zakrzywione

Odp.: Proste.

Część nr 8

3. Poz. Nr 4 – prosimy o wyjaśnienie czy pęseta ma być anatomiczna czy chirurgiczna

Odp.: Chirurgiczna.

4. Poz. Nr 14 – prosimy o dopuszczenie narzędzia o średnicy Charr. 8 = 2,7 mm lub Charr. 10 = 3,3 mm
Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 745/2022 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz problemy z brakiem stali nierdzewnej (chirurgicznej) na rynku, a także brakiem siły roboczej spowodowane trwającą wojną na Ukrainie, zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji zamówienia do 30 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia

Odp.: Zamawiający dopuszcza Charr. 10 = 3,3 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Część nr 7

5. Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści Pęseta chwytna tkankowa typu Singley-Tuttle, końcówka robocza okienkowa z poprzecznym ryflowaniem, dł. całkowita 230 mm, wielorazowego użytku?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści Imadło typu Crile-Wood, wykonanie standardowe, dł. 152 mm, wielorazowego użytku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 8

7. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści Nożyczki delikatne preparacyjne proste typ Tenotomy-Stevens dł. 115 mm, ostrza ostro- ostre, wielorazowego użytku?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści Nożyczki delikatne preparacyjne odgięte typ Tenotomy-Stevens dł. 115 mm, ostrza ostro- ostre, wielorazowego użytku?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści Pinceta anatomiczna typ MEDIUM prosta, dł. 180 mm, szer. Czubka 2,5 mm, wielorazowego użytku

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści Pinceta chirurgiczna typ ADSON , drobna prosta , kocówka robocza 1 x 2 zębki, dł. 120-125 mm, wielorazowego użytku?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

11.Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki naczyniowe typ PEAN-DELICATE proste, smukły model skok ząbków 0,7 mm, dł. 140 mm , wielorazowego użytku?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

12.Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki preparacyjne typ BABY-OVERHOLT małe zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm , dł. 135 mm, wielorazowego użytku?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

13. Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typ BABY-CRILE-WOOD szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/-6/0 , dł. 152 mm, wielorazowego użytku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycji nr. 5 pęsetę o nazwie Singley, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycji nr. 5 pęsetę o nazwie Singley-Tuttle, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 pozycji nr.1 nożyczki o długości 10,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 pozycji nr 2 nożyczki chirurgiczne Stevens o długości 10,5 cm, pozostałe parametr bez zmian ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

18.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 pozycji nr 6 pęsetę chirurgiczną Ewald-Hudson, pozostał parametry bez zmian ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 pozycji nr 7 pęsetę chirurgiczną Standard, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

20.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 pozycji nr.14 kaniulę o długości 19 cm – 30 °, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

21.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 pozycji nr.14 kaniulę o długości 19 cm – 75 °, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

22 Dotyczy Załącznik nr 2.7, Pakiet nr 7, l.p. 1.5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na pęsetę chwytłą tkankową typu SINGLEY TUTTLE? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

23.Dotyczy Załącznik nr 2.7, Pakiet nr 7, l.p. 1.12: czy Zamawiający wyrazi zgodę na trzonek do ostrzy wymiennych długości 130mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy Załącznik nr 2.8, Pakiet nr 8, l.p. 1.4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na pincetę typ ADSON? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

25. Dotyczy Załącznik nr 2.8, Pakiet nr 8, l.p. 1.6: czy Zamawiający wyrazi zgodę na pincetę typ MICRO ADSON? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

26. Dotyczy Załącznik nr 2.8, Pakiet nr 8, l.p. 1.11: czy Zamawiający wyrazi zgodę na kleszczyki preparacyjne typ BABY OVERHOLT? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

27. Dotyczy Załącznik nr 2.8, Pakiet nr 8, l.p. 1.14: czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniulę ssącą długości 190mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 12 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od daty zgłoszenia reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

29. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 1, 2, 3:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku:

1. niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w umowie – w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nie dostarczonego towaru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

2. niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,5 % wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto niewymienionego towaru,

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

3. niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 5)-6) Umowy lub wymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

30. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przekazywania faktury VAT w formie pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej: efaktury@pib-nio.pl.

Pakiet 4

31. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do ćwiczeń oddechowych o opisie:

- Spirometr do ćwiczeń płuc dla dzieci i dorosłych
 - Kulki do ćwiczeń w trzech kolorach z oznaczeniem objętości na komorach
 - Poziom przepływu od 600cc/sec, 900 cc/sec oraz 1200 cc/sec
 - Kompaktowy kształt, wykonany z tworzywa wysokiej jakości
 - Posiada filtr powietrza
 - Łatwy w czyszczeniu ustnik
-



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Projektowane postanowienia umowy

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §13 ust. 1 pkt 1 i 2 do 0,5% wartości brutto towaru, którego dotyczy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Część 4, pozycja 1-

33. Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny system z trzema kulkami o następujących parametrach :

- Prowadzi do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia przepływu dróg oddechowych
- Urządzenie dokonuje pomiaru za pomocą trzech komór, na których przedziałki ukazują trzy różne wartości - 600, 900 oraz 1200cm³
- Wskazane objętości obrazują objętość wdychanego powietrza na sekundę
- Przystosowany do ćwiczeń wdechu/wydechu przy konieczności odwrócenia urządzenia



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy części nr 8

34.Poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania takich samych nożyczek tylko dł. 110mm zamiast 115mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

35.Poz.11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych kleszczyków preparacyjnych tylko nazwa własna Overholt Baby i dł.140mm zamiast 135mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

36.Poz.13 – Prosimy o podanie czy punch ma być prosty czy zakrzywiony w górę lub w dół.

Odp.: Prosty.

37.Poz.14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze całkowitym 190mm zamiast 180mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części nr 7

38.Poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści takie same nożyczki preparacyjne tylko w dł.150mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe dopuszczenia/zmiany Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 -2.8 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Wioletta Dmowska

ST. SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Krystyna Terech-Worosz