

Warszawa,2022 -12- 20..... r.

Nr sprawy: TP-181/22/JP

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na dostawę detektora promieniowania gamma

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 21

W odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 13.12.2022, Zamawiający nie wyraził zgody na odstąpienie od zawartych w §8 ust 10, terminów dotyczących usunięcia usterek i wad , w wypadku użyczenia przez Wykonawcę na czas naprawy sprzętu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 16, zawarł następujące wyjaśnienie „Dodatkowo Zamawiający informuje , zgodnie z Projektem umowy §4 ust.12, że czas na naprawę nie jest liczony od momentu , kiedy dostarczone zostanie urządzenie zastępcze”

Ze względu na sprzeczność w odpowiedziach, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w wypadku dostarczenie sprzętu zastępczego, Wykonawcę obowiązują terminy zawarte w §8 ust.10, tzn.: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji), a w przypadku gdyby termin ten wypadł w dniu ustawowo wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie § 4 ust. 10, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji), a w przypadku gdyby termin ten wypadł w dniu ustawowo wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia. Dla uznania przez Zamawiającego konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem 3 dni, wskazanych w zdaniu pierwszym.

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie terminów wskazanych w:

- **rozd. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **28.12.2022 r. o godz. 09:00**”

- **rozd. XXIV Termin otwarcia ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.12.2022 r. o godz. 10:00**”

- **rozd. XXIX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.01.2023 r.**”

Z poważaniem,

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Milena Karuzińska-Nowak

Załączniki:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia