

16. GRU. 2022

Warszawa, ..... r.

### Wyjaśnienia treści SWZ /zmiana terminu składania ofert

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Świadczenie usług serwisowych urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji.**

**PN-312/22/KT**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z części 2 postępowania poniższych urządzeń wskazanych w Załączniku nr 2.2 do SWZ oraz o włączenie ich do oddzielnej części postępowania:

L.P.	Nazwa urządzenia	Model	Nr fabryczny	Nr ewidencyjny	Użytkownik / Lokalizacja
12	Myjka dezynfektor	S-607	50045337	8-009032	Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ursynów-znieczulenia piętro 1
13	Myjka dezynfektor	S-607	50045339	8-009034	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wawelska-znieczulenia piętro 1
14	Myjka dezynfektor	FD-1600	50045509	8-009033	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wawelska-znieczulenia piętro 1
15	Myjka dezynfektor	S-607	50045335	8-009031	Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynalnych Wawelska - Oddział Chirurgii piętro 1
18	Myjka dezynfektor	Amigo	PO582764	8-014640	Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
19	Myjka dezynfektor	Amigo	PO582765	8-014641	Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
20	Myjka dezynfektor	Amigo	PO582766	8-014642	Poradnia Urologiczna Kliniki Nowotworów Układu Moczowego

Proponowana zmiana umożliwi Wykonawcy złożenie oferty dla powyższych urzędów w postępowaniu PN-312/22/KT, co zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - załączniki nr 6 do SWZ**  
**Aktualnie obowiązujące załączniki 6 do SWZ –projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ, poprzez zmiany następujących zapisów SWZ:

- **rozdz. XVI Wadium pkt. 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**  
„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 09.01.2023 r. do godz. 09:00** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)
- **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**  
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **09.01.2023 r. do godz. 09:00**”
- **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.01.2023r. o godz. 10:00**”
- **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**  
„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **08.04.2023r.**”

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*Milena Karuzha-Nowak*

.....

Załączniki:

- 1/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
- 2/ Załącznik nr 6 do SWZ –aktualnie obowiązujący

ST. SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*Feredi-Nowak*