

Warszawa, dnia 27 STY. 2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych **na dostawę jednorazowego użytku materiałów zużywalnych do aparatu Mammotome Revolve.**

Nr sprawy PN-15/23/DW

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli w pozycji nr 1 załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający wymaga zaoferowania igły do biopsji mammotomicznej wraz drenami pod kontrolą USG tylko w rozmiarze 8G i 10G?

Nadmieniamy, iż z aparatem Mammotome Revolve posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego są kompatybilne igły do biopsji mammotomicznej tylko w powyższych rozmiarach 8G i 10G.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w pozycji nr 1 załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający wymaga zaoferowania igieł do biopsji mammotomicznej wraz z drenami pod kontrolą USG tylko w rozmiarze 8G i 10G.

Zamawiający wykreśla z pozycji nr 1 załącznika nr 2 do SWZ rozmiar 13G.

W załączeniu - załącznik nr 2 do SWZ po zmianie treści.

Pozostałe zapisy w SWZ bez zmian.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioletta Dmowska