

Załącznik nr 1B do Ogłoszenia konkursowego KO – 12/23/DKR

I. Wymagania techniczno-funkcjonalne

1. Udzielający zamówienia wymaga aby dostarczony na potrzeby realizacji świadczeń będących przedmiotem konkursu lub użytkowany przez Przyjmującego zamówienie system informatyczny pozwalał na integrację z funkcjonującym w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowym Instytucie Badawczym systemem informatycznym RIS/PACS (CompuGroup Medical Polska z siedzibą w Lublinie, ul.Do Dysa 9) polegającą na przesyłaniu zdjęć DICOM, na koszt Przyjmującego zamówienie.
2. Zlecenia badań do zdalnego opisu musi się odbywać w zakupionym i używanym u Udzielającego Zamówienia systemie Clininet. Przyjmujący zamówienie umożliwi przesyłanie skierowań/skanów skierowań do dostarczonego przez niego systemu.
3. Przyjmujący zamówienie pokryje ewentualne koszty zakupu sprzętu, modyfikacji lub niestandardowej konfiguracji oprogramowania Udzielającego zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Opisy badań z systemu teleradiologii muszą spełniać warunki niezbędne do udostępniania użytkownikom na Oddziałach poprzez system CLININET lub inny system dostarczony przez Przyjmującego zamówienie, do którego będzie możliwy dostęp przez sieć lokalną poprzez standardowe przeglądarki internetowe.
5. Odbiór opisu badania powinien być automatyczny w systemie Clininet lub w systemie dostarczonym przez Przyjmującego zamówienie bez konieczności ingerencji użytkowników Udzielającego Zamówienia
6. System teleradiologiczny Przyjmującego zamówienie ma zapewnić bezpieczne szyfrowanie przesyłanych danych.

II. Zasady postępowania przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych

1. Technik Udzielającego zamówienia wykonuje badanie, które z aparatu TK i/lub RTG automatycznie jest wysyłane do PACS.
2. Technik Udzielającego zamówienia poprzez przeglądarkę internetową loguje się do dostarczonego przez Przyjmującego zamówienia serwera teleradiologii i wysyła wybrane badanie z PACS.
3. W systemie teleradiologii dostępnym poprzez przeglądarkę internetową, Technik Udzielającego zamówienia załącza skan skierowania do wysłanego badania.
4. Kontrola stanu wysyłanych badań oraz opisów w systemie teleradiologii jak i kontakt z lekarzem opisującym dostępne będą poprzez przeglądarkę internetową.
5. Wyniki są dostępne w postaci pliku pdf podpisanego elektronicznie na dowolnym komputerze u Udzielającego zamówienie (po wprowadzeniu odpowiedniego loginu i hasła) w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

6. Przyjmujący Zamówienie zapewnia nieodpłatną, nieprzerwaną, całodobową pomoc w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego oraz nadzór techniczny i informatyczny nad poprawnym działaniem systemu po stronie Przyjmującego Zamówienie. Czas reakcji na awarię systemu teleradiologii wynosi 1 godzinę.

.....
Podpis Oferenta