

16. MAR. 2023

Warszawa, ..... r.

### Wyjaśnienia treści SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą aparatów.**

**PN-51/23/KT**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

1. Pytanie dotyczy załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, tabela nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z listy przeciwciała nr 129 Survivin klon 12C4?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z listy przeciwciała nr 129 Survivin klon 12C4. Powyższe zostało uwzględnione w Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

2. Pytanie dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia, punkt VI:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy aparatów, uruchomienia oraz podłączenia do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego do 30 dni od daty podpisania umowy?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 Umowy pkt.1 na „Wykonawca zapewnia, że ma prawo dysponować aparatem zgodnie z zasadami opisanymi w art. 140 k.c. oraz, że aparaty .....(model, nazwa), będący/e przedmiot umowy, umożliwi wykonanie oznaczeń odczynnikami stanowiącymi przedmiot Umowy.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Wobec zmian treści SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przedłuża termin składania ofert **do dnia 28.03.2023 r. do godz. 9:00.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

• **rozdz. XVI Wadium pkt 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 28.03.2023 r. do godz. 09:00** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)”

• **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 28.03.2023 r. do godz. 09:00**”

• **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.03.2023 r. o godz. 10:00**”

• **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 25.06.2023 r.**”

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*Milena Kucińska-Nowak*

Załączniki:

1/ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu;

2/załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia –aktualnie obowiązujący

ST. SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*Kerch-Nowak*