

14. KWI. 2023

Warszawa, ..... r.

### Wyjaśnienia treści SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i narzędzi chirurgicznych.**

**PN-72/23/KT**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

#### Część nr 6

1. Szanowni Państwo, prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

**Odp.: W zakresie części nr 6 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy towaru do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego.**

2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część nr 5 : Cewnik trójdrożny typu DUF0UR z balonem o pojemności

- 50 ml dla cewnika 18 Ch
- 60 ml dla cewnika 20 Ch
- 70 ml dla cewnika 22 Ch
- 80 ml dla cewnika 24 Ch

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Dotyczy Części nr 5:

3.Czy Zamawiający dopuści cewniki Dufour o pojemności balona:

- 40 ml dla rozmiaru 18CH,

- 50 ml dla rozmiaru 20CH,

- 60 ml dla rozmiaru 22CH,

- 70 ml dla rozmiaru 24CH,

pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

pakiet 1

4.W celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści równoważny cewnik o tej samej lub lepszej funkcjonalności leczniczej tj;

Pozycja 1 Cewnik do kaniulacji żył centralnych 7Fr/20cm trójświatłowy jednorazowego użytku Średnica kanałów wewnętrznych: 16Ga/18Ga/18Ga, sterylny cewnik zawierający najnowocześniejszy przeciwdrobnoustrojowy związek poliheksanidu ProActiv+ PHMB, chroni pacjenta podczas stosowania cewnika. Skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów, szerokie spektrum działania i biokompatybilność.

Niewymywające się wiązanie kowalencyjne. Zestaw zawiera

Echogeniczną igłę wprowadzającą

Motylek mocujący

skalpel nr 11

Rozszerzacz z powłoką hydrofilową

Strzykawka 5 ml z końcówką luer

Prowadnik Nitinol zapobiegający załamaniom ze specjalnym dozownikiem

Korzyści i funkcje: Lumeny (kanały) oznaczone kolorami: Zmniejsza to ryzyko błędów w dostarczaniu płynów

Łączniki LuerSafe: Bezigłowe i zintegrowane z cewnikiem, zmniejszają ryzyko infekcji i zatoru powietrznego.

Elastyczna końcówka atraumatyczna: zmniejsza uraz naczyniowy

Pozycja 2 Cewnik do kaniulacji żył centralnych 7Fr/20cm trójświatłowy jednorazowego użytku, Światła kanałów wewnętrznych: 16Ga/18Ga/18Ga przystosowane do podaży kontrastu pod ciśnieniem do 400psi. Sterylny cewnik zawierający najnowocześniejszy przeciwdrobnoustrojowy związek poliheksanidu ProActiv+ PHMB, chroni pacjenta podczas stosowania cewnika. Skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów, szerokie spektrum działania i biokompatybilność.

Niewymywające się wiązanie kowalencyjne. Zestaw zawiera

Echogeniczną igłę wprowadzającą

Motylek mocujący

skalpel nr 11

Rozszerzacz z powłoką hydrofilową

Strzykawka 5 ml z końcówką luer

Prowadnik Nitinol zapobiegający załamaniom ze specjalnym dozownikiem

Korzyści i funkcje: Lumeny (kanały) oznaczone kolorami: Zmniejsza to ryzyko błędów w dostarczaniu płynów

Łączniki LuerSafe: Bezigłowe i zintegrowane z cewnikiem, zmniejszają ryzyko infekcji i zatoru powietrznego.

Elastyczna końcówka atraumatyczna: zmniejsza uraz naczyniowy

Ośłona na głowicę USG, pasek mocujący, sterylny żel, serweta.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

5. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia zabiegowego: obłożenie zawierające kluczowe elementy potrzebne do bezpiecznego i wydajnego wprowadzania wielokanałowych CVC, czyli uniwersalny zestaw do procedur „gotowych” Basic CVC

VASPACKS



Basic CVC Insertion Pack  
K40174/CVC

Component Part	Part Description
6017	Shallow half tray 24.5 x 13.5cm
6501	Scalpel no. 11
8012	Blue wrap 75 x 90cm 2ply laminate
8320/5	Swab gauze 10 x 10cm 12 ply 5 Pack
36519086	2 x gallipot 120ml
8550	2 x sponge stick small 5cm
8753	Mersilk™ suture 2/0 W775H
P27-0406	Drape 60 x 65cm with fenestration transparent
6910/BD	Syringe 10ml LS
6531	Hypo needle 21G 3.8cm green

Zamawiający ma prawo określić przedmioty zamówienia w sposób uwzględniający jego własne potrzeby, jednak aby spełnić własne wysublimowane wymagania, powinien wydzielić obłożenia do oddzielnego pakietu w celu przygotowania oferty na konfekcjonowanie obłożeń przez profesjonalnych producentów, tym samym nie utrudni złożenia oferty na cewniki centralne w pakiecie nr 1

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego obłożenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie obłożenia do oddzielnego pakietu, gdyż według wiedzy Zamawiającego na rynku jest więcej firm oferujących asortyment określony w części nr 1.**

Pakiet 5, Pozycja 1

6.Czy Zamawiający dopuści cewniki z zakończeniem:



oraz w rozmiarach z balonami

Rozmiar	Balon
18 FR 20 FR	50-80 cc/ml
22 FR 24 FR	80-100 cc/ml

**Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pakiet 7, Pozycja 1

7.Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 45cm, pakowany podwójnie: zewnętrznie papier/folia, wewnętrznie folia, spełniający pozostałe wymagania swz?

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Część 3 Pozycja 1

8.Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora:

2 rury rozciągliwe o długości od 0,6m do 1,8 m o średnicy 22 mm, w zestawie złącze proste 22M/22M oraz ożebrowany na powierzchni zewnętrznej kapturek zabezpieczający w rozmiarze 22F z okrągłą obwódką bez zawieszki umożliwiającej fiksację w systemie bezpiecznego odwieszania rur będącym na wyposażeniu Zamawiającego pakowane osobno, nierozłączalny łącznik Y z kolankiem z portem kapno. Układ mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, bez ftalanów, do użytku do 7 dni. System montowania rur: na wcisk. Układ bez zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu cząsteczek srebra, kompatybilny z powszechnie stosowanymi filtrami oddechowymi zarówno od strony maszyny, jak i pacjenta.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Część 3 Pozycja 2

9.Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do znieczulenia:

2 rury o długości do 1,8 m o średnicy 22 mm, w zestawie złącze proste 22M/22M oraz ożebrowany na powierzchni zewnętrznej kapturek zabezpieczający w rozmiarze 22F z okrągłą obwódką bez zawieszki umożliwiającej fiksację w systemie bezpiecznego odwieszania rur będącym na wyposażeniu Zamawiającego pakowane osobno, nierozłączalny łącznik Y z kolankiem z portem kapno. Układ mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, bez ftalanów, do użytku do 7 dni. System montowania rur: na wcisk. Układ bez zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu cząsteczek srebra, kompatybilny z powszechnie stosowanymi filtrami oddechowymi zarówno od strony maszyny, jak i pacjenta.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Powyższe dopuszczenia Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 -2.8 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  
Wioletta Dmowska

.....

ST. SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
Renata Nowak  
miejscowość Torzech-Worosz