

Warszawa, 27.04.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa kardiomonitorów transportowych wraz z zestawem akcesoriów, optyki interlaminarnej, dozowników, reduktorów.

PN-58/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

Część 1 – KARDIOMONITOR TRANSPORTOWY NA PODSTAWIE JEZDNEJ Z ZESTAWEM AKCESORIÓW – 12 szt. pkt. 14

1.Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposazony w pomiar SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe wykonany w równoważnej technologii iMAT obsługujący różne czujniki m.in. silikonowe wsuwane na palec, w postaci opaski, klipsowe ze zintegrowanymi osłonkami, silikonowe na ucho oraz jednorazowe stosowane w NIO-PIB

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe dopuszczenie Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Milena Kałużna -Nowak