

Warszawa,¹⁷.....-04-2023 r.

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 znak: TP- 76/23/ZS

Dostawa:

Dostawa wyposażenia Pracowni PET/CT

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Dotyczy Części nr 34: Niszczarka do dokumentów duża- 3 szt.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenia bez stelaża aluminiowo-stalowego i kółek z blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 1: pulsoksymetr - 1 szt.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zasilaniem akumulatorowym o ciągłej pracy 4 h na jednym ładowaniu z wewnętrznego akumulatora litowego, ładowanie baterii 3 godziny, przy spełnieniu pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 284 ust 3 ustawy Pzp - przedłuża termin składania ofert w sposób następujący:

1. Rozdział XXIII pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **21.04.2023 r. o godz. 09:00.**”
2. Rozdział XXIV pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„ 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.04.2023 r. o godz. 10:00.**”
3. Rozdział XXIX pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **22.05.2023 r.**”

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioletta Dimowska

