

Warszawa, dnia 27.04.2023r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych tj. 215 000 euro w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: Dostawa pomp infuzyjno- strzykawkowych, wag medycznych, laboratoryjnych, diatermii elektrochirurgicznej, termobloków.

TP- 97/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Część nr 1, Załącznik nr 2.1 OPZ część 1 pkt. 11

1. Prosimy o dopuszczenie maksymalnego czasu infuzji 99 godz. 59 min 59 sek

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Część nr 1, Załącznik nr 2.1 OPZ część 1 pkt. 17

2. Prosimy o dopuszczenie wbudowanej biblioteki leków z możliwością modyfikacji (do 64 leków)

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Część nr 1, Załącznik nr 2.1 OPZ część 1 pkt. 31

3. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 320x180x150 mm

Wnosimy o zmianę treści OPZ poprzez dopuszczenie urządzenia o w/w parametrach tak aby umożliwić udział w niniejszym postępowaniu kilku wykonawcom, na zasadach uczciwej konkurencji oraz aby parametry wymagane przez Zamawiającego nie referowały tylko jednego producenta urządzeń.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Dot. par. 4 ust. 14 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. parametru nr 7 Załącznika nr 2.1 do SWZ

5. Czy Zamawiający dopuści pompy z prędkością nastawienia w zakresie 0,01-2000 ml/h programową co:

Od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. parametru nr 8 Załącznika nr 2.1 do SWZ

6. Czy Zamawiający dopuści pompy z prędkością nastawienia dawki uderzeniowej w zakresie 0,01-2000 ml/h programową co:

Od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dot. parametru nr 17 Załącznika nr 2.1 do SWZ

7. Czy Zamawiający dopuści pompy, w których istnieje możliwość wgrania (na życzenie, w cenie oferty) biblioteki leków (do 40 oddziałów, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków, 24 kombinacji kolorystycznych etykiet) w pełni dostosowanej do potrzeb Zamawiającego? Modyfikacja biblioteki możliwa jest przy użyciu opcjonalnego oprogramowania zewnętrznego."

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. parametru nr 19 Załącznika nr 2.1 do SWZ

8. Czy Zamawiający dopuści pompy, w których odczyt historii zdarzeń dostępny jest tylko na wyświetlaczu?"

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. parametru nr 30 Załącznika nr 2.1 do SWZ

9. Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w zasilanie o wartości nieznacznie wyższego napięcia prądu stałego, tj. 100 - 240 VAC; 12,4 - 15,5 VDC?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dot. parametru nr 31 Załącznika nr 2.1 do SWZ

10. Czy Zamawiający dopuści pompy o wymiarach 365 x 115 x 204 [mm] (szer. x wys. x gł.)?"

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dot. Załącznika nr 2.1 do SWZ

11. Czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawki w pompie montowane były od jej czopa?"

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dot. Załącznika nr 2.1 do SWZ

12. Czy Zamawiający oczekuje, aby ramię pompy nie wychodziło poza gabaryt jej obudowy?"

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Dot. parametru nr 5 (gwarancja) Załącznika nr 2.1 do SWZ

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby częstotliwość przeglądów była zgodna z zaleceniami producenta? Wykonawca zapewni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego."

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

Dot. parametru nr 13 (gwarancja) Załącznika nr 2.1 do SWZ

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu był nie dłuższy niż 48 lub 72 godzin (wybrać) od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?"

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SWZ.

Dot. parametru nr 13 (gwarancja) Załącznika nr 2.1 do SWZ

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas na usunięcie usterek i wad sprzętu wynosił 5 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia?"

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. parametru nr 16 (gwarancja) Załącznika nr 2.1 do SWZ

16. Wykonawca wnosi o wykreślenie parametru. "

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ, TP-97/23/KT

Waga krzeselkowa 4 szt.

Pytanie dot. Pkt. 4, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

17. Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta posiadającą działkę elementarną: $50\text{ g} < 150\text{ kg} > 100\text{ g} < 250\text{ kg} > 200\text{ g}$?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. Pkt. 5 oraz 18, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

18. Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta której solidna, metalowa konstrukcja waży 24,5 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. Pkt. 6, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

19. Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną posiadającą rekomendowaną temperaturę pracy 10 - 40 °C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. Pkt. 7, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

20. Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta posiadającą zasilanie sieciowo / bateryjne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

21. Celem zachowania pełnej mobilności urzędu, czyli możliwości uniezależnienia się od zasilania sieciowego, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby waga mogła być również zasilana zestawem baterii typu R6 („paluszki”).

Odp.: Tak.

Pytanie dot. Pkt. 9, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

22.Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta o wymiarach 563 x 897 x 978 mm? Przy obecnym zapotrzebowaniu na obsługę pacjentów bariatrycznych podane wymiary wagi są niewystarczające.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

23.Celem łatwego siadania oraz wstawania pacjenta prosimy potwierdzić, że Zamawiający wymaga aby wysokość siedziska wynosiła minimum 52 cm od podłogi.

Odp.: Tak.

Pytanie dot. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

24.Celem możliwości zważenia pacjentów bariatrycznych prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga aby waga posiadała zakres pomiaru do minimum 300 kg.

Odp.: Tak.

Pytanie dot. Pkt. 12, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

25.Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta posiadającą 4 kółka transportowe, 2 z nich z blokadą jednak z możliwością demontażu 2 kółek i korzystania z konstrukcji posiadającej tylko 2 koła, jednak tylnie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

26.Celem trwałości i łatwości dezynfekcji prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby podnóżki były wykonane wyłącznie z metalu.

Odp.: Tak.

Pytanie dot. Pkt. 33, II GWARANCJA I SERWIS

27.Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji do 48 godzin?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. Pkt. 33, II GWARANCJA I SERWIS

28.Czy Zamawiający wydłuży termin do 5 dni roboczych oraz dopisze „(...) lub udostępnienie urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. Pkt. 40, III DOKUMENTACJA

29.Instrukcja serwisowa jest własnością intelektualną producenta, sugerujemy wykreślenie pozycji instrukcji serwisowej.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pkt 40 części, która dotyczy instrukcji serwisowej.

Pytania dot. Załącznik nr 2.3 do SWZ, TP-97/23/KT

Waga medyczna ze wzrostomierzem – 7 szt.

Pytanie dot. Pkt. 3, 7 oraz 9, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

30.Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta która posiada zakres

ważenia do 200 kg, nie posiada transmisji danych na komputer oraz nie wyznacza BSA, za to wyznacza BMI?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. Pkt. 8, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

31.Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta która wyznacza BMI od wzrostu powyżej 75 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. Pkt. 15, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

32.Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta która na zasilaniu bateryjnym posiada czas pracy 70 godzin?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. Pkt. 17 oraz 21, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

33.Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta która nie posiada wbudowanej pamięci oraz kabla USB w zestawie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. Pkt. 18 oraz 23, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

34.Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną niemieckiego producenta która posiada pobór mocy 25 mA oraz zakres pomiaru 75-200 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie dot. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

35.Celem łatwiejszego odczytu wyników przez personel, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby waga miała możliwość obrócenia wyświetlacza przodem lub tyłem do pacjenta.

Odp.: Tak.

Pytanie dot. Pkt. 36, II GWARANCJA I SERWIS

36.Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji do 48 godzin?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. Pkt. 37, II GWARANCJA I SERWIS

37.Czy Zamawiający wydłuży termin do 5 dni roboczych oraz dopisze „(...) lub udostępnienie urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. Pkt. 43, III DOKUMENTACJA

38.Instrukcja serwisowa jest własnością intelektualną producenta, sugerujemy wykreślenie pozycji instrukcji serwisowej.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pkt 43 części, która dotyczy instrukcji serwisowej.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 7 - III Pozostałe wymagania – pkt I ppkt. 4, 5, 6,10,11,12

39.Producent urządzeń Eppendorf SE nie wymaga wykonywania przeglądów technicznych w okresie gwarancji, co nie wpływa na przebieg i utrzymanie pełnej gwarancji. Istnieje możliwość wykonania przeglądu urządzenia w czasie trwania gwarancji, ale jest to usługa dodatkowo płatna. Czy zamawiający rezygnuje z wykonania przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji lub dopuszcza 1 przegląd w okresie gwarancji?

Odp.: Zamawiający oczekuje wykonania 1 przeglądu na zakończenie gwarancji.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 7 - III Pozostałe wymagania – pkt I ppkt. 7

40.Czy zamawiający rezygnuje z pkt 7. Producent urządzeń Eppendorf SE nie posiada wytycznych dotyczących wykonywania przeglądów technicznych w okresie pogwarancyjnym.

Odp.: Jeżeli producent urządzeń Eppendorf SE nie posiada wytycznych dotyczących wykonywania przeglądów technicznych w okresie pogwarancyjnym należy w ppkt 7 oświadczyć, iż producent nie wymaga przeglądów.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 7 - III Dokumentacja – pkt 28

41.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej DTR? Producent oferowanego sprzętu nie wystawia ww. dokumentu.

Odp.: Zamawiający odstępuje od powyższego.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 7 - I Gwarancja i serwis pkt. 14

42.Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do 3 dni roboczych, dopuszczając zdalne wsparcie techniczne?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 7 - I Gwarancja i serwis pkt. 15

43.Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie 7 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia a w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy do 15 ni roboczych od daty zgłoszenia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 7 - I Gwarancja i serwis pkt. 16

44.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu?

Odp.: Nie.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 7 - I Gwarancja i serwis pkt. 18

45.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu o wymianie sprzętu na nowy w ramach wartości umowy po przekroczeniu czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części 7 - SWZ – pkt VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ppkt 1.

46.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 35 dni od dnia zawarcia umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 8 - III Pozostałe wymagania – pkt I ppkt. 4, 5, 6,10,11,12

47.Producent urządzeń Eppendorf SE nie wymaga wykonywania przeglądów technicznych w okresie gwarancji, co nie wpływa na przebieg i utrzymanie pełnej gwarancji. Istnieje możliwość wykonania przeglądu urządzenia w czasie trwania gwarancji, ale jest to usługa dodatkowo płatna. Czy zamawiający rezygnuje z wykonania przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji lub dopuszcza 1 przegląd w okresie gwarancji?

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 39.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 8 - III Pozostałe wymagania – pkt I ppkt. 7

48.Czy zamawiający zrezygnuje z pkt 7. Producent urządzeń Eppendorf SE nie posiada wytycznych dotyczących wykonywania przeglądów technicznych w okresie pogwarancyjnym.

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 40.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 8 - III Dokumentacja – pkt 28

49.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej DTR? Producent oferowanego sprzętu nie wystawia ww. dokumentu.

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 41.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 8 - I Gwarancja i serwis pkt. 14

50.Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do 3 dni roboczych, dopuszczając zdalne wsparcie techniczne?

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 42.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 8 - I Gwarancja i serwis pkt. 15

51.Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie 7 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia a w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych od daty zgłoszenia?

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 43.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 8- I Gwarancja i serwis pkt. 16

52.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu?

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 44.

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia- dla części nr 8 - I Gwarancja i serwis pkt. 18

53.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu o wymianie sprzętu na nowy w ramach wartości umowy po przekroczeniu czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych?

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 45.

Dotyczy części nr 7 i 8 – załącznik nr 5 -Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 4 GWARANCJA – pkt. 2j

54.Czy Zamawiający zrezygnuje z dokumentów: świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski ?

Produkty zaferowane w powyższym postępowaniu nie podlegają wpisowi do rejestru produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, 1493.). Zgodnie z art. 41.1 ustawy

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004 nr 54 poz.535) została zastosowana stawka 23%. Zaoferowane produkty posiadają certyfikat CE i są wyprodukowane na terenie UE.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Dotyczy części 1

ad.20.

55.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, pompy wyposażonej w wyświetlacz kolorowy o przekątnej 3,5 cali, LCD TFT, 200 x 400 pikseli?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

ad.22.

56.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, pompy w której czas pracy akumulatora przy prędkości 5 ml/l to 11godzin ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

ad.28.

57.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, pompy z infuzją wielofazową bez możliwości zapisania profilu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Część 1

58.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej renomowanego producenta wyprodukowanej w Europie. Pompa różniaca się nieznacznie z wymaganymi parametrami Zamawiającego.

| | |
|----|--|
| 1. | Pompa infuzyjna strzykawkowa – 13 szt. |
| 2. | Praca ze strzykawkami 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml |
| 3. | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki |
| 4. | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych |
| 5. | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych |
| 6. | Możliwość pracy w podaży infuzję wielofazowej dzięki połączeniu dwóch pomp |

| | |
|-----|--|
| 7. | Szeroki zakres przepływu 0,1–1200 ml/h i dokładność $\pm 3\%$ |
| 8. | Dawka nasycająca Dawka/czas: 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. |
| 9. | Objętość/dawka wlewu Objętość: 0,1–999 ml / Dawka: 0,1–9999 jednostek |
| 10. | Maksymalna waga pacjenta 350kg |
| 11. | Maksymalny czas infuzji uzależniony od wielkości użytej strzykawki oraz ustawieniach prędkości podaży Maksymalny czas ponad 100 godz. |
| 12. | Rozmiary strzykawek kompatybilnych z urządzeniem: 5, 10, 20, 30,50/60 ml |
| 13. | Możliwość mocowania w stacji dokującej FK |
| 14. | Dawka nasycająca: Dawka/czas: 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. Automatyczne obliczanie szybkości. |
| 15. | Napełnianie strzykawki i przewodu do infuzji : Obowiązkowe: Wyświetlony zostaje komunikat wymagający od użytkownika napełnienia przewodu przed rozpoczęciem infuzji. Zalecane: Wyświetlony zostaje komunikat sugerujący napełnienie przewodu przed rozpoczęciem infuzji. Niewyświetlane: Pompa nie przypomina użytkownikowi o konieczności napełnienia przewodu przed rozpoczęciem infuzji. |
| 16. | Pompa ma system wielopoziomowego wykrywania okluzji |
| 17. | Biblioteka leków, do 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |
| 18. | Gniazdo RS232 |
| 19. | Odczyt historii zdarzeń na wyświetlaczu oraz możliwość zapisu w pliku PDF oraz JPG |
| 20. | Monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD |
| 21. | Informacja o stanie naładowania akumulatora |
| 22. | Infuzje wielofazowe dzięki połączeniu dwóch pomp |
| 23. | Historia do 1500 zdarzeń |
| 24. | Wskaźnik ciśnienia infuzji na wyświetlaczu |
| 25. | Możliwość mocowania na: statywie, łóżku lub szynie |
| 26. | Możliwość regulacji poziomu głośności (min 3 poziomy) |
| 27. | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora |
| 28. | Czas pracy z akumulatora ponad 11 godz. przy prędkości 5 ml/l |
| 29. | Zasilanie: 100–240 V AC / 50/60 Hz z uziemieniem. |
| 30. | Maksymalna waga urządzenia 2,2 kg |
| 31. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dl.) 135 x 345 x 170 mm |

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dotyczy pkt. II SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE do punktu 3 i 4 59. Prosimy Zamawiającego o rezygnację ze szkolenia pracownika Działu Gospodarki Aparaturowej przeglądów technicznych. Ta czynność wymaga drogiego specjalistycznego sprzętu którego Zamawiający nie posiada co znacząco zwiększy koszty oferty oraz obsługi pomp. Pompy oferowane wymagają przeglądów co 36 miesięcy co oszczędzi Zamawiającemu zbędnych kosztów. Szkolenie z zakresu obsługi oraz konserwacji zakończy się imiennym certyfikatem.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe dopuszczenia Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 – 2.8 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Miłena Kałużna -Nowak