

Warszawa, ..... 2023 -06- 2 1 r.

Nr sprawy: TP-82/23/JP

**Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na dostawę sprzętu medycznego i laboratoryjnego**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

**Pytanie nr 1**

Część nr 5:

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnych po obu stronach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Część nr 5:

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulowanej wysokości leża od 60 cm do 92 cm (+/- 1 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3**

Część nr 5:

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o długości 190 cm co będzie traktowane jako wymiary leża (pacjent będzie zawsze leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4**

Część nr 5:

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 214,3 cm (+/- 1 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5**

Część nr 5:

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o szerokości 65 cm co będzie traktowane jako wymiary leża (pacjent będzie zawsze leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6**

Część nr 5:

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o szerokości 77,8 cm (+/- 1 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7**

Część nr 5:

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca w kolorze ciemnoniebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

Część nr 5:

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ramy stołu w kolorze szarym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

Część nr 5:

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ramy wykonanej ze stali węglowej lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

Część nr 5:

Czy Zamawiający dopuści stoły diagnostyczno - zabiegowe z regulowaną wysokością od 60 do 96 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

Część nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 12**

Część nr 5:

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską asortymentu nie zakwalifikowanego jako sprzęt medyczny? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach wartości umowy, przeprowadził szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego tj. personelu medycznego min. 3 osoby, personelu technicznego min. 1 osoba (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż będzie udokumentowany stosownym zaświadczeniem.

**Pytanie nr 13**

Część nr 5:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów?

**Odpowiedź:** Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów.

**Pytanie nr 14**

Część nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza stojaki do kroplówek z pięcioramienną podstawą jezdną o średnicy 57,5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15**

Część nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza stojaki do kroplówek z kołami wykonanymi z czarnego tworzywa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16**

Część nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza stojaki do kroplówek z kołami w obudowie stalowej ocynkowanej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17**

Część nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza stojaki do kroplówek z dwuramiennym uchwytem na płyny infuzyjne?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18**

Część nr 3:

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wymiarach zewnętrznych 1200x750x2130 mm, gdzie wymiary komory roboczej wynoszą : 1180x580x1100 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19**

Część nr 3:

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o masie około 220 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20**

Część nr 3:

Czy Zamawiający może wyjaśnić co oznacza opis w pkt. 10 ściana tylna komory zawierająca kierownicę wyciągu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla pkt. 10 z załącznika nr 2.3 do SWZ (Część nr 3, OPZ-Zestawienie parametrów /Specyfikacja techniczna).

**Pytanie nr 21**

Część nr 3:

Czy Zamawiający wymaga dygestorium wykonanego z blach i kształtowników stalowych pokrytych farbą epoksydową?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby dygestorium posiadało elementy konstrukcyjne i osłonowe wykonane ze stali malowanej farbami epoksydowymi, wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych, użyte szyby wykonane ze szkła bezpiecznego lub pleksi.


Z związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 2.3 do SWZ przez dodanie pkt. 17 w Części I Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna.


**Pytanie nr 22**

Część nr 3:

Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia dwóch posiadanych dygestoriów, które mają podlegać utylizacji?

**Odpowiedź:** Poniżej Zamawiający udostępnia zdjęcia dwóch posiadanych dygestoriów, które mają podlegać utylizacji.





**Pytanie nr 23**

Część nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół posiadający ruchomy segment oparcia pleców?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24**

Część nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół posiadający regulowaną wysokość leża w zakresie 57-91 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 25**

Część nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół o długości 209 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 26**

Część nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z szerokością leża wynoszącą 65 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 27**

Część nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół o szerokości 79 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 28**

Część nr 5:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wyposażenia stołu w uchwyt na rolki papierowego prześcieradła.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 29**

Część nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, którego rama wykonana jest ze stali węglowej lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30**

Część nr 5:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 godzin (dot. pkt. 12 pozostałych wymagań).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31**

Część nr 5: Poz.8

Czy Zamawiający dopuści: Regulowana wysokość leża od 56 do 86 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 32**

Część nr 5: Poz.11

Czy Zamawiający dopuści: Maksymalna długość stołu 217 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 33**

Część nr 5: Poz.12

Czy Zamawiający dopuści: Minimalna szerokość leża 62 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 34**

Część nr 5: Poz.13

Czy Zamawiający dopuści: Maksymalna szerokość stołu 78 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 35**

Część nr 5: Poz.14

Czy Zamawiający dopuści: 4 koła jezdne i 5-te koło kierunkowe?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 36**

Część nr 5: Poz.16

Czy Zamawiający dopuści: Specjalnie wyprofilowane naroża pełniące funkcję odbojników?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37**

Część nr 5: Poz.19

Czy Zamawiający dopuści: czarny kolor materaca?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 38**

Część nr 5: Poz.21

Czy Zamawiający dopuści: Rama wykonana ze stali lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany/dopuszczenia podczas sporządzania i składania ofert.**

Dodatkowo Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 2.4 do SWZ w Części I, Formularz cenowy - Zestawienie parametrów/specyfikacja techniczna, drugi wiersz;

Było: Dla Klinika Nowotworów Układu Nerwowego

Jest: Dla Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie terminów wskazanych w:

1. Rozdział XXIII pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **28.06.2023 r. o godz. 09:00.**”
2. Rozdział XXIV pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„ 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.06.2023 r. o godz. 10:00.**”
3. Rozdział XXIX pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **27.07.2023 r.**”

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  
Wioletta Dmowska

**Załączniki:**

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- zmieniony załącznik nr 2.3 do SWZ,
- zmieniony załącznik nr 2.4 do SWZ.

