

Warszawa, 12.07.2023 r.

### Wyjaśnienia treści SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa osłon na strzykawkę, obiektywu do mikroskopu, dezymetrów, procesora tkankowego, systemu do oznakowania kasetek histopatologicznych, zamrażarek niskotemperaturowych, komory jonizacyjnej, lampy zabiegowej, systemu kompresji klatki piersiowej.**

#### **PN-110/23/KT**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

#### Część 9 - Lampa zabiegowa

1. Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

**Odp.: W miejscu podwieszenia lampy występuje strop żelbetowy.**

2. Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

**Odp.: W pomieszczeniu nie występuje sufit podwieszany.**


3. Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?!

**Odp.: W miejscu podwieszenia lampy nie występują wszystkie wymagane instalacje. Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania w ramach przedmiotu umowy. Odległość do najbliższej rozdzielni to ok. 50 m.**

4. Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

**Odp.: Nie.**

5. Prosimy o podanie następujących informacji:



A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:..... ]

B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny: ..... ]

C. Dystans pomiędzy A i B

**Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytanie 1-4, Zamawiający informuje, iż strop jest żelbetowy, wysokość 3.80 m, brak kasetonów w miejscu instalacji lampy.**

#### Cześć 6 Zamrażarka niskotemperaturowa

6. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z dwoma kompresorami, ale nie w układzie kaskady, tylko pracującymi niezależnie? Rozwiązanie to zapewnia utrzymanie temperatury na poziomie -80st.C nawet w wypadku awarii jednej ze sprężarek?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 568l i wymiarach wewnętrznych 595x720x1310mm (SzxGxW)? Tak naprawdę są to wymiary praktycznie identyczne z wymaganymi, z tymże zamieniona jest szerokość z głębokością.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zużyciu energii na poziomie 10,95 kWh/24h?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Cześć 7 Zamrażarka niskotemperaturowa

9. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z dwoma kompresorami, ale nie w układzie kaskady, tylko pracującymi niezależnie? Rozwiązanie to zapewnia utrzymanie temperatury na poziomie -80st.C nawet w wypadku awarii jednej ze sprężarek?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

10. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 568l i wymiarach wewnętrznych 595x720x1310mm (SzxGxW)? Tak naprawdę są to wymiary praktycznie identyczne z wymaganymi, z tymże zamieniona jest szerokość z głębokością.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

11. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zużyciu energii na poziomie 10,95 kWh/24h?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pakiet 6

12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z nastawą temperatury co 0,1st.C?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 1204 mm x 1082 mm x 1966 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą zamrażarki wykonaną ze stali malowanej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane w technologii bezfiltrowej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

16. Czy Zamawiający w punkcie 7 OPZ miał na myśli urządzenie wyposażone „ w kaskadowy systemy chłodzenia z dwoma kompresorami”? Przy obecnym zapisie Zamawiający wymaga urządzenia z: „Wyposażone w co najmniej 2 kaskadowe systemy chłodzenia” – co oznacza 4 kompresory i dwa układy kaskadowe. Prosimy o doprecyzowanie.

**Odp.: Tak.**

17. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalnym udźwigiem półki do 50 kg?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

18. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kółkami z hamulcem i rolkami z tyłu, ale bez nóżek?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

19. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zabezpieczeniem głównego włącznika zasilania za pomocą specjalnej klapki i dwóch śrub? Osoby bez przeszkolenia w obsłudze zamrażarki nie będą mogły przypadkowo wyłączyć zamrażarki, gdyż główny włącznik jest zabezpieczony. Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym. Dodatkowo zamknięcie głównego włącznika/wyłącznika urządzenia nie zabezpieczy go przed nieautoryzowanym wyjęciem wtyczki z gniazda zasilającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

20. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poborem energii elektrycznej 8,1kWh/24h? Jest to niewielka różnica w stosunku do wyspecyfikowanego parametru.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

21. Prosimy o doprecyzowanie w jakiej temperaturze otoczenia był przeprowadzony pomiar dla potwierdzenia parametru: „ Czas schładzania od temperatury pokojowej do -80°C nie dłuższa niż 3,5h”?

**Odp.: Podany parametr powinien być spełniony w ogólnie przyjętej temperaturze pokojowej tj. 20-25°C.**

22. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w punkcie 26 Akcesoria do zamrażarki: „Filtry powietrza – zapewniające prace urządzenia na co najmniej 6 miesięcy”. Wszyscy producenci zamrażarek niskotemperaturowych do -86st.C oferują filtry wielokrotnego użytku i nie jest to akcesorium, które należy okresowo wymieniać. Są to filtry, które po zabrudzeniu wyjmują się z urządzenia i Użytkownik czyści je pod kranem z bieżącą wodą. Prosimy o doprecyzowanie.

**Odp.: Nie. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

#### Pakiet 7

23. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z nastawą temperatury co 0,1st.C?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

24. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 1204 mm x 1082 mm x 1966 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

25. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą zamrażarki wykonaną ze stali malowanej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

26. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane w technologii bezfiltrowej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

27. Czy Zamawiający w punkcie 7 OPZ miał na myśli urządzenie wyposażone „ w kaskadowy systemy chłodzenia z dwoma kompresorami”? Przy obecnym zapisie Zamawiający wymaga urządzenia z: „Wyposażone w co najmniej 2 kaskadowe systemy chłodzenia” – co oznacza 4 kompresory i dwa układy kaskadowe. Prosimy o doprecyzowanie.

**Odp.: Tak.**

28. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalnym udźwigiem półki do 50 kg?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

29. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kółkami z hamulcem i rolkami z tyłu, ale bez nóżek

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

30. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zabezpieczeniem głównego włącznika zasilania za pomocą specjalnej klapki i dwóch śrub? Osoby bez przeszkolenia w obsłudze zamrażarki nie będą mogły przypadkowo wyłączyć zamrażarki bo główny włącznik jest zabezpieczony. Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym. Dodatkowo zamknięcie głównego włącznika/wyłącznika urządzenia nie zabezpieczy go przed nieautoryzowanym wyjęciem wtyczki z gniazda zasilającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

31. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poborem energii elektrycznej 8,1kWh/24h? Jest to niewielka różnica w stosunku do wyspecyfikowanego parametru.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

32. Prosimy o doprecyzowanie w jakiej temperaturze otoczenia był przeprowadzony pomiar dla potwierdzenia parametru: „ Czas schładzania od temperatury pokojowej do -80°C nie dłuższa niż 3,5h”?

**Odp.: Podany parametr powinien być spełniony w ogólnie przyjętej temperaturze pokojowej tj. 20-25°C.**

33. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w punkcie 26 Akcesoria do zamrażarki: „Filtry powietrza – zapewniające prace urządzenia na co najmniej 6 miesięcy”. Wszyscy producenci zamrażarek niskotemperaturowych do -86st.C na rynku oferują filtry wielokrotnego użytku w urządzeniach i nie jest to akcesorium, które należy okresowo wymieniać. Są to filtry, które

po zabrudzeniu wyjmuje się z urządzenia i Użytkownik czyści je pod kranem z bieżącą wodą. Prosimy o doprecyzowanie.

**Odp.: Nie. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

#### Część 8 – Komora jonizacyjna typu Farmer

Załącznik nr 2.8 do SWZ., III. Pozostałe Wymagania/Warunki udziału w zamówienie, podpunkt 5.

34.W zakresie części 8, zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Załącznik nr 2.8 do SWZ., III. Pozostałe Wymagania/Warunki udziału w zamówienie, podpunkt 6.

35.W zakresie części 8, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu usunięcia usterek i wad sprzętu do 25 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii oraz 36 dni roboczych w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Załącznik nr 2.8 do SWZ., III. Pozostałe Wymagania/Warunki udziału w zamówienie, podpunkt 7.

36.W zakresie części 8 zwracamy się z prośbą o usunięcie w całości punktu 7 dotyczącego dostarczenia sprzętu zastępczego.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Załącznik nr 2.8 do SWZ., III. Pozostałe Wymagania/Warunki udziału w zamówienie, podpunkt 9.

37.W zakresie części 8 zwracamy się z prośbą o usunięcie w całości punktu 9 dotyczącego dostarczenia sprzętu zastępczego lub wydłużenia do 90 dni roboczych czasu naprawy powyżej którego Zamawiający może żądać wymiany sprzętu na nowy.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie do 90 dni roboczych czasu naprawy powyżej którego Zamawiający może żądać wymiany sprzętu na nowy.**

Załącznik nr 2.5 do SWZ część 5

38.W pierwszej części formularza cenowego Zamawiający w pkt. 6 (Czytnik kodów kreskowych 2D bezprzewodowy) w kolumnie ilość wpisał 2, w zestawieniu parametrów/specyfikacji technicznej także w pkt. zawarł zapis "Czytnik kodów kreskowych 2D bezprzewodowy – 2sztuk. "

zaś w zestawieniu parametrów/specyfikacji technicznej pkt. 7 wymaga dostawy 3 sztuk bezprzewodowych czytników kodów kreskowych 2D. Prosimy o ujednoczenie zapisów

**Odp.: Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga 2 sztuk.**

Załącznik nr 2.5 do SWZ część 5

39. Tabela pkt. 4 ppkt. 5 - Zamawiający zawarł zapis: "Minimum 6 portów USB 2.0/3.x wbudowanych (niedopuszczalne jest użycie zewnętrznego replikatora portów lub huba USB)". Prosimy o potwierdzenie, że warunek zostanie spełniony, jeśli komputer będzie posiadać:

2x USB-C 3.2 Gen 2

1x USB-C 2.0 (Supports data transfer, Power Delivery 3.0)

1x USB 2.0

1x USB 3.2 Gen 2 (Supports smart power-on)

1x USB 3.2 Gen 1

**Odp.: Zamawiający informuje, iż warunek zostanie spełniony, jeżeli komputer będzie posiadał taką konfigurację USB.**

Dot. Część 6, Zamrażarka niskotemperaturowa, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW /SPECYFIKACJA TECHNICZNA, poz. 1

40.Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 525 l ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Część 6, Zamrażarka niskotemperaturowa, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW /SPECYFIKACJA TECHNICZNA, poz. 3

41.Czy Zamawiający dopuści głębokość zewnętrzna komory: 1041 mm ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Część 6, Zamrażarka niskotemperaturowa, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW /SPECYFIKACJA TECHNICZNA, poz. 4

42.Czy Zamawiający dopuści szerokość wewnętrzną komory: 585 mm ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Część 6, Zamrażarka niskotemperaturowa, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW /SPECYFIKACJA TECHNICZNA, poz. 7

43.Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w 2 niezależne układy chłodzenia. W przypadku awarii jednej sprężarki druga podtrzymuje temperaturę na poziomie -70°C ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Część 6, Zamrażarka niskotemperaturowa, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW /SPECYFIKACJA TECHNICZNA, poz. 11

44.Czy Zamawiający dopuści dwie sztuki dodatkowych drzwi wewnętrznych z zamkiem mechanicznym ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Część 6, Zamrażarka niskotemperaturowa, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW /SPECYFIKACJA TECHNICZNA, poz. 25

45.Czy Zamawiający dopuści pobór energii 9,5 kWh na dzień ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Część 6, Zamrażarka niskotemperaturowa, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW /SPECYFIKACJA TECHNICZNA, poz. 26

46.Czy Zamawiający dopuści czas schładzania od temperatury pokojowej do -80°C w czasie 6,3h ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU, poz. 14

47.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?

W załączeniu karta katalogowa proponowanego urządzenia.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Wzór umowy

48.Czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzania okresowych przeglądów w okresie gwarancji w przypadku, gdy nie zostały one przewidziane w dokumentacji oferowanych urządzeń?"

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta**

Dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Wzór umowy § 9 ust. 1

49.Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w zał. Nr 7 do SWZ, § 9 ust. 1, z: 0,2% na: 0,1%."

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

50.Dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Wzór umowy § 9 ust. 2

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w zał. Nr 7 do SWZ, § 9 ust. 2, z: 0,2% na: 0,1%."

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

Dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Wzór umowy § 4 ust. 2

51.We wzorze umowy § 4 ust. 2 Zamawiający wskazuje jakie dokumenty mają być dostarczone wraz ze sprzętem. Prosimy Zamawiającego o ograniczenie tej listy w przypadku dostawy osłon wolframowych (Część nr 1), które nie są ani sprzętem, ani urządzeniem, tylko bardzo prostym przedmiotem. Prosimy o zgodę na wykreślenie z listy: c) instrukcji obsługi, d) paszportu sprzętu, e) instrukcji konserwacji (...), h) instrukcji serwisowej (...)."

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, zapisy te ujęte będą w umowie.**

52.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie części nr 1 z: 28 dni do: 110 dni? Oferowany sprzęt pochodzić będzie od zagranicznych dostawców z bieżącej produkcji i nie jest produkowany „na zapas” aby nie tracić na swojej jakości, w związku z tym nie jest dostępny „od ręki”."

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

Dot. Załącznik nr 2.1 do SWZ (FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dla Części 1.

53.Prosimy Zamawiającego, aby w opisie przedmiotu zamówienia w wierszu l.3, l.4 oraz l.5 dodał błąd pomiaru wynoszący  $\pm 0,2$  mm, co pozwoli Wykonawcom bez zastrzeżeń i wątpliwości spełnić warunki Zamawiającego i dostarczyć osłonę o żądanych parametrach."

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. (pasujące do strzykawek 5ml używanych przez Zamawiającego).**

Dot. Załącznik nr 2.1 do SWZ (FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dla Części 1.

54.Zamawiający w tabeli opisującej przedmiot zamówienia w wierszu l.1 opisał parametr osłony podając konkretną nazwę produktu jednego z producentów, firmy Comecer. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu tak, aby nie budziło to wątpliwości u innych Wykonawców poprzez wykreślenie nazwy „BHT”."

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

55. Część 6: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki o szerokości wewnętrznej 746 mm, przy spełnianiu pozostałych warunków dotyczących wymiarów. Jest to zaledwie o 4 mm mniej od wymagań.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

56.Część 6: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki wyposażonej w 1 kaskadowy system chłodzenia.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

57. Część 6: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki wyposażonej w półki o obciążeniu maks. 40 kg.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

58. Część 6: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki , w której główny wyłącznik prądu jest umiejscowiony w miejscu uniemożliwiającym przypadkowe wyłączenie, ale nie jest zamykane na klucz.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

59. Część 6: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki z poborem energii 15,1 kWh/24h.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

60.. Część 6: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki z czasem schładzania od temp. pokojowej do -80°C w czasie 6-7 h.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

61. Część 6: Prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 7 dni roboczych."

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

62. Część 7: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki o szerokości wewnętrznej 746 mm, przy spełnieniu pozostałych warunków dotyczących wymiarów. Jest to zaledwie o 4 mm mniej od wymagań.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

63. Część 7: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki wyposażonej w 1 kaskadowy system chłodzenia.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

64. Część 7: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki wyposażonej w półki o obciążeniu maks. 40 kg.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

65. Część 7: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki, w której główny wyłącznik prądu jest umiejscowiony w miejscu uniemożliwiającym przypadkowe wyłączenie, ale nie jest zamykane na klucz.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

66. Część 7: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki z poborem energii 15,1 kWh/24h.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

67. Część 7: Prosimy o dopuszczenie zamrażarki z czasem schładzania od temp. pokojowej do -80°C w czasie 6-7 h.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

68. Część 7: Prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 7 dni roboczych.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

"Dotyczy p. XV. Przedmiotowe środki dowodowe

69. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga Deklaracji Zgodności CE dla produktów nie będących wyrobami medycznymi."

**Odp.: Tak.**

Dotyczy: Załącznika nr 2.6 do SWZ - Część 6 zamrażarka niskotemperaturowa

Lp. 4

70. Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o szerokości wewnętrznej 620 mm przy zachowaniu wymogu pojemności?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 7

71. Zamawiający wymaga w p. 7. aby zamrażarka była wyposażona w 2 kaskadowe systemy chłodzenia.

Jeden system kaskadowy chłodzenia ( tzw. kaskada) składa się z 2 kompresorów. Czy należy przez to rozumieć, że zamawiający wymaga zamrażarki wyposażonej w 4 kompresory? Czy chodzi o jeden system kaskadowy chłodzenia ( tzw. kaskada) składający się z 2 kompresorów?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 9

72. Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę ze stałą pokrytą warstwą materiału nierdzewnego z dożywotnią gwarancją na nierdzewność?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 11

73. Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę wyposażoną w drzwi wewnętrzne z zamknięciem typu „pazur” a nie magnetyczne?



Zamknięcie magnetyczne ulega rozłączeniu pod wpływem narastającego lodu co powoduje niedomknięcie drzwiczek wewnętrznych co przyspiesza narastanie kolejnych warstw lodu. Zamknięcie typu „pazur” jest bardziej pewne.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 21

74.Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z głównym włącznikiem chronionym klapką bez zamknięcia na klucz? Klapka taka także uniemożliwia przypadkowe wyłączenie zamrażarki

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 25

75.Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o poborze energii 10 kWh na dzień ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 26

76.Uprzejmie prosimy o rezygnację z p. 26 OPZ ponieważ nie został określony poziom temp. otoczenia oraz inne warunki pomiaru. Producenci zamrażarek niskotemperaturowych dokonują takich testów w różnych warunkach np. przy różnej temperaturze otoczenia, wypełnieniu zamrażarki lub bez. Parametr ten jest więc oceną bardzo subiektywną.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Dotyczy: Załącznika nr 2.7 do SWZ - Część 7 zamrażarka niskotemperaturowa

Lp. 4

77.Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o szerokości wewnętrznej 620 mm przy zachowaniu wymogu pojemności?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 7

78.Zamawiający wymaga w p. 7. aby zamrażarka była wyposażona w 2 kaskadowe systemy chłodzenia.

Jeden system kaskadowy chłodzenia ( tzw. kaskada) składa się z 2 kompresorów. Czy należy przez to rozumieć, że zamawiający wymaga zamrażarki wyposażonej w 4 kompresory? Czy chodzi o jeden system kaskadowy chłodzenia ( tzw. kaskada) składający się z 2 kompresorów?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 9

79.Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę ze stalą pokrytą warstwą materiału nierdzewnego z dożywotnią gwarancją na nierdzewność?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 11

80.Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę wyposażoną w drzwi wewnątrz z zamknięciem typu „pazur” a nie magnetyczne?

Zamknięcie magnetyczne ulega rozłączeniu pod wpływem narastającego lodu co powoduje niedomknięcie drzwiczek wewnętrznych co przyspiesza narastanie kolejnych warstw lodu. Zamknięcie typu „pazur” jest bardziej pewne.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 21

81.Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z głównym włącznikiem chronionym klapką bez zamknięcia na klucz? Klapka taka także uniemożliwia przypadkowe wyłączenie zamrażarki

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 25

82.Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o poborze energii 10 kWh na dzień ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Lp. 26

83.Uprzejmie prosimy o rezygnację z p. 26 OPZ ponieważ nie został określony poziom temp. otoczenia oraz inne warunki pomiaru. Producenci zamrażarek niskotemperaturowych dokonują takich testów w różnych warunkach np. przy różnej temperaturze otoczenia, wypełnieniu zamrażarki lub bez. Parametr ten jest więc oceną bardzo subiektywną.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- część 6, pkt. 7

84.Czy Zamawiający wymaga hermetycznie zamkniętego systemu kaskadowego złożonego z dwóch kompresorów?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- Gwarancja i Serwis- część 6, pkt. 4, 5

85.Czy Zamawiający zgodzi się na zniesienie konieczności wykonywania przeglądów technicznych raz w roku?

Producent sprzętu, który Wykonawca zamierza zaproponować nie wymaga przeglądów technicznych a także regulacji, kalibracji oraz wzorcowania w okresie gwarancji, co nie wpływa na przebieg i utrzymanie pełnej gwarancji.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wykonania przeglądu urządzenia na koniec trwania okresu gwarancji.**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- Gwarancja i Serwis- część 6, pkt. 18

86.Czy Zamawiający zgodzi się na zniesienie obowiązku wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy w przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, jeżeli Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany.**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- Gwarancja i Serwis- część 6, pkt. 27

87.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia poniższej instrukcji serwisowej – DTR wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne? Część z tych materiałów nie jest udostępniania przez producenta, gdyż stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- część 7, pkt. 7

88.Czy Zamawiający wymaga hermetycznie zamkniętego systemu kaskadowego złożonego z dwóch kompresorów?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- Gwarancja i Serwis- część 7, pkt. 4, 5

89.Czy Zamawiający zgodzi się na zniesienie konieczności wykonywania przeglądów technicznych raz w roku?

Producent sprzętu, który Wykonawca zamierza zaproponować nie wymaga przeglądów technicznych a także regulacji, kalibracji oraz wzorcowania w okresie gwarancji, co nie wpływa na przebieg i

utrzymanie pełnej gwarancji.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wykonania przeglądu urządzenia na koniec trwania okresu gwarancji**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- Gwarancja i Serwis- część 7, pkt. 18

90.Czy Zamawiający zgodzi się na zniesienie obowiązku wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy w przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, jeżeli Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaofertowany.**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- Gwarancja i Serwis- część 7, pkt. 27

91.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia poniższej instrukcji serwisowej – DTR wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne? Część z tych materiałów nie jest udostępniana przez producenta, gdyż stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Powyższe dopuszczenia/zmiany Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 – 2. 10 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.**

Z poważaniem  
Kierownik Działu Zamówień  
Publicznych  
Milena Kałużna -Nowak

Załączniki:

1/karta katalogowa urządzenia – do pytania nr 47.