

14 LIP. 2023

Warszawa, r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa zamrażarki szafowej, urządzenia do detekcji zieleni indocyjaninowej, urządzenia do kriochirurgii, wirówki laboratoryjnej, pHmetru, pipety 8-kanałowej, komór do PCR.

PN-130/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Dotyczy części 4

1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy w punkcie 12 o treści "Rotor uchylny na próbówki 15ml" chodzi o próbówki typu Falcon 15ml? Jeśli nie - proszę o podanie jaki rodzaj kształtu dna mają te próbówki oraz jakie mają wymiary. Dodatkowo w obu przypadkach proszę o podanie jaką minimalną ilość Zamawiający chce aby mogła być wirowana w jednym biegu oraz jakie minimalne przyspieszenie ma osiągać ten wirnik.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że chodzi o próbówki typu Falcon 15 ml. Minimalna liczba próbek możliwa do wirowania w rotorze - 2. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie minimalnego przyspieszenia wirówki.

Dotyczy Części 4

2. Czy dopuszczają Państwo wirówkę o maksymalnych obrotach - 15000 obr./min. przy maksymalnym przyspieszeniu 22000xg skoro wiadomo, że ani parametry podane przez Zamawiającego (18000 obr./min. i 24270xg) ani 15000 obr./min. przy 22000xg nie są możliwe do osiągnięcia przez wymagany rotor uchylny na próbówki 15ml? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wirówkę o maksymalnych obrotach - 15000 obr./min. przy maksymalnym przyspieszeniu 22000xg.

3. Czy wymagają Państwo prędkości 18000 obr./min. i przyspieszenia 24270 x g dla rotora uchylnego na probówki 15 ml?

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 2.

Dotyczy Części nr 4:

4. Czy dopuszczają Państwo moc pobieraną 175 W? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dot. I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Zamrażarka niskotemperaturowa szt. 1, poz. 2

5. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: szer. 106,6 cm; gł. 74,2 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Zamrażarka niskotemperaturowa szt. 1, poz. 7

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji temperatury co 0,1 °C ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Zamrażarka niskotemperaturowa szt. 1, poz. 9

7. Czy Zamawiający dopuści mieszaninę neutralnych czynników chłodzących ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Zamrażarka niskotemperaturowa szt. 1, poz. 12

8. Czy Zamawiający dopuści hermetycznie zamknięty system chłodzenia z jednym kompresorem?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Zamrażarka niskotemperaturowa szt. 1, poz. 13

9. Czy Zamawiający dopuści wbudowany port automatyczny do wyrównania ciśnienia między wnętrzem komory a otoczeniem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Zamrażarka niskotemperaturowa szt. 1, poz. 14

10. Czy Zamawiający dopuści komorę i półki wykonane z niczym niepowlekanej stali nierdzewnej typ AISI 304 ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU, poz. 14

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. cz. 7.

12. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utylizacji aktualnie używanego dygestorium ?

Jesteśmy Importerem, dystrybutorem, dostawcą i serwisem sprzętu laboratoryjnego, ale nie jesteśmy firmą utylizującą odpady. Dostosowanie miejsca instalacji nowego sprzętu jest w gestii Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy załącznika nr. załącznika 2.1, część 1., pkt. 10:

13.Czynniki chłodzące w zamrażarkach stanowią ich integralną część i nie można dostarczać ich jako „zapas zabezpieczający pracę urządzenia przez pół roku”. Układ chłodzący zawierający wspomniane czynniki jest szczelnym układem zamkniętym zapewniającym nieprzerwaną pracę zamrażarki przez kolejne lata. Zatem Wykonawca prosi o usunięcie pkt. 10 lub umożliwienie wpisania w tabeli stwierdzenia „nie dotyczy”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie w tabeli stwierdzenia „nie dotyczy”.

Dotyczy załącznika nr. załącznika 2.1, część 1. Gwarancja i serwis- punkt 15
14.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterek i wad sprzętu do 14 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznika nr. załącznika 2.1, część 1. Gwarancja i serwis- punkt 16
15.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad? Ze względu na duże gabaryty oferowanej zamrażarki, Wykonawca nie dysponuje urządzeniem zastępczym.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznika nr. załącznika 2.1, część 1, Dokumentacja- punkt 29

16.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej DTR? Producent oferowanego sprzętu nie wystawia ww. dokumentu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

część 2, punkty 49-51 oraz 79-90

17. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzeń :

1. Laser opisany w pkt 49-51

2. Źródło światła opisane w pkt 79-90 jako jednego urządzenia, spełniającego funkcje obu opisanych ?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

18.Część 4: Prosimy o dopuszczenie wirówki o mocy 230W.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19.Część 4: Prosimy o dopuszczenie wirówki z krokiem co 1 rpm, co jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

20.Część 4: Prosimy o dopuszczenie wirówki z czasem wirowania w zakresie od 1 sek. do 99 h 59 min. 59 sek. lub praca ciągła, co jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

21.Część 5: Prosimy o dopuszczenie pHmetru jednokanałowego, stacjonarnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

22.Część 5: Prosimy o dopuszczenie pHmetru z szerszym zakresem pomiarowym, tj. od -2 do 16 pH.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

23.Część 5: Prosimy o dopuszczenie pHmetru z lepszą dokładnością pomiaru temperatury, tj. +/- 0,3°C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

24. Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

25. Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy:

26. W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9 mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy:

27. Zamawiający w projekcie umowy, pisze: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 20 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. z art. 361 § 1 i 2 w zw. z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy część nr 5

28.Pozycja 2 – prosimy o dopuszczenie urządzenia jednokanałowego. Pozostałe parametry wskazują na urządzenia jednokanałowe działające w zakresie pomiaru pH od -2 do 16. Prosimy o weryfikację parametru.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29.Pozycja 3 – prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem pomiarowym od -2 do 16

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

30.Czy Zamawiający w Części 2 (Urządzenie do detekcji zieleni indocyjaninowej), dopuści równoważne pod względem funkcjonalnym i użytkowym Urządzenie do detekcji zieleni indocyjaninowej, zgodnie z poniższymi parametrami.

- pozycja 6, możliwość nagrywania w jednym strumieniu wideo
- pozycja 8, opcja zapisu obrazów i sekwencji wideo bez możliwości zapisu na Ipad
- pozycja 11, opcja wyświetlania na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych jako opcję z możliwością rozbudowy
- pozycja 12, optyka egzoskopowa, kompatybilna z oferowaną głowicą kamery 4K w pozycji 24 oraz źródłem światła typu LED w pozycji 79, co umożliwi wizualizację zabiegów otwartych w rozdzielczości 4K UHD z obrazowaniem fluorescencyjnym NIR ICG, bez konieczności użycia dodatkowej kamery do zabiegów otwartych oraz dodatkowego źródła światła, w tym laserowego źródła światła
- pozycja 25, głowica kamery 4K-NIR/ICG, równoważna pod względem funkcjonalnym i użytkowym, wyposażona w dwa przetworniki wysokiej rozdzielczości w technologii CMOS
- pozycja 27, dostęp do wszystkich funkcji menu wyświetlanych na ekranie monitora operacyjnego, np. regulacja stopnia jasności, zoomu i balansu bieli, poprzez dedykowaną klawiaturę medyczną lub/i przyciski funkcyjne na głowicy kamery
- pozycja 30, możliwość tworzenia indywidualnych programów przez użytkownika
- pozycja 34, brak systemu światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła
- pozycja 36, menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego
- pozycja 41, rozdzielczość ekranu 4K - 3840x2160 pikseli
- pozycja 44, optyka umożliwiającą obrazowanie w widmie transmisji widzialnego światła białego oraz widmie bliskiej podczerwieni NIR
- pozycja 45, endoskop o średnicach 5mm i 10mm, kącie do wyboru 0°, 30°
- pozycje 49,50,51, źródło światła typu LED o klasie CF, wzbudzające efekt fluorescencji bez konieczności wykorzystania wiązki lasera, co znacznie podwyższa bezpieczeństwo podczas zabiegu operacyjnego
- pozycje 54,55,56, optyki typu Hopkins z systemem soczewek wałeczkowych, o średnicy 10mm, długość robocza 310mm
- pozycja 60, optyki i światłowody do zieleni, umożliwiające wizualizację w dwóch trybach, z użyciem światła widzialnego białego oraz fluorescencji w bliskiej podczerwieni
- pozycja 63, światłowód bez sensora informującego kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki od światłowodu, spełniającego wszelkie niezbędne parametry dla światłowodów wykorzystywanych w obrazowaniu NIR / ICG
- pozycja 64, tryb standby realizowany przez źródło światła jako równoważny do wymaganej funkcji zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
- pozycja 70, możliwość usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała za pomocą dodatkowego modułu, niezintegrowanego z insuflatorem
- pozycja 71, Insuflator bez funkcji nawilżania gazu insuflacyjnego
- pozycja 74, tryby pracy insuflatora obejmujące:
 - a) wysokoprzepływow tryb pracy

- b) niskoprzepływowy (np. pediatryczny) w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min wykorzystywanym w insuflacji małych przestrzeni
- pozycja 78, wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,02m
 - pozycja 81, Źródło światła typu LED o żywotności LED 30 000 godzin
 - pozycja 82, Źródło światła, wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących dwóch trybów:
 - a) światło widzialne (tryb White Light (Światło białe))
 - b) fluorescencja w bliskiej podczerwieni
 - pozycja 83, Źródło światła typu LED NIR/ICG, emitujące światło białe oraz światło w zakresie podczerwieni bez zastosowania wiązki lasera
 - pozycja 85, Urządzenie wyposażone w funkcję przejścia w stan czuwania poprzez przycisk funkcyjny na ekranie dotykowym lub/i menu za pomocą dedykowanej klawiatury lub przycisków funkcyjnych w głowicy kamery
 - pozycja 89, brak „Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera” w przypadku zaferowania źródła światła typu LED nie wykorzystującego wiązki lasera
 - pozycja 93, ramię monitora o długości 760 mm
 - pozycja 95, pompa laparoskopowa z regulowanym przepływem w zakresie do 3,5 l / min.
 - pozycja 98, dopuści pompa laparoskopowa zasilaną tylko sieciowo
 - pozycje 101 – 108 Monitor asysty 32” z systemem bezprzewodowej transmisji sygnału, monitor umieszczony na statywie jezdnym, nadajnik i odbiornik wyposażony w cyfrowe wejścia i wyjścia sygnału
- Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
- Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

31.Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że towar jest produkowany pod zamówienie i znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, a także obecną sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadania nr 2 do 84 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

32.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

33.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu usunięcia usterek i wad do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

34.Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych za nieterminową naprawę?

Odp.: Tak.

35.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: wózek jezdny, ramię, statyw, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem i obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrob niemedyczny)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

36.Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Powyższe dopuszczenia Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 – 2.7 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 28.07.2023 r. do godz. 9:00.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

- rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 28.07.2023 r. do godz. 09:00”

- rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2023 r. o godz. 10:00”

- rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.10.2023 r.”

Z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Milena Kałużna-Nowak

Załączniki:

1/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ST. SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Krzysztof Wroś