

Warszawa, 10.10.2023 r.

### Wyjaśnienia treści SWZ/Zmiana terminu składania ofert\_II

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa narzędzi endoskopowych, narzędzi laparoskopowych oraz narzędzi chirurgicznych.**

**PN-161/23/KT**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

1. W związku z wycofaniem z produkcji wyrobu medycznego w Części nr 5 pozycja 30 prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w miejsce pierwotnych parametrów przewodnika do kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych o średnicy 0.018"; długość 2600 mm; przewodnik pokryty tworzywem hydrofilnym na całej długości; końcówka robocza prosta lub zagięta (do wyboru przez Zamawiającego), narzędzie jednorazowego użytku, przeznaczone do pracy w przypadku trudnej anatomii, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz danymi producenta?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Powyższe dopuszczenia Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.5 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 3 oraz art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), **przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2023 r. do godz. 9:00.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

- **rozdz. XV Przedmiotowe Środki dowodowe pkt 4) ppkt e oraz pkt 7) SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

4) **część 1 -8, 23:** próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisane w załączniku nr 10 do SWZ (Parametry oceny jakości) - w celu potwierdzenia zgodności z cechami lub kryteriami(...)

e. Oferowane produkty będą oceniane w oparciu o testowanie dostarczonych próbek, które należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia **17.10.2023 r. do godz. 09:00 do Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych, pok. 012, ul. Wawelska 15b, 02-034 Warszawa.**

(..)

7) Próbki oferowanych produktów powinny być złożone w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym:

„Próbki do postępowania na Dostawa wyrobów medycznych  
oznaczenie sprawy: PN-161/23/KT, część nr .....  
nie otwierać przed 17.10.2023 r. godz. 10:00”

- **rozdz. XVI Wadium pkt 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 17.10.2023 r. do godz. 09:00** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)*”

- **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.10.2023 r. do godz. 9:00.**”*

- **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.10.2023 r. o godz. 10:00**”*

- **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **14.01.2023r.**”*

Z poważaniem  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Milena Kałużna -Nowak

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu