

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa wyrobów medycznych oraz narzędzi chirurgicznych.

PN-213/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

1. Czy Zamawiający w Części 8 w pozycji 1 dopuści zestaw do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- igła zewnątrzoponowa Tuohy 18G / 80 mm, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, z markerami długości co 1 cm (po 3 cm igły), z dokładnie dopasowanym mandrynem
- cewnik zewnątrzoponowy, przezroczysty, bez kontrastu w rtg (z widocznymi, niebieskimi oznaczeniami długości i oznaczeniem końcówki dystalnej), z 3 otworami bocznymi, długość 90 cm; odporny na załamania, zamknięty koniec i gładko wykończona końcówka
- przewodnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy
- filtr przeciwbakteryjny (zewnątrzoponowy), nisko-profilowy, wytrzymałość do 7,92 barów
- zatrzaskowy łącznik do cewnika i filtra (wykluczający przypadkowe rozłączenie), z koreczkiem
- strzykawka niskooporowa z końcówką wtykową Luer, wyskalowana do 10 ml
- etykieta identyfikacyjna cewnika
- zestaw sterylny, jednorazowego użytku,
- opakowanie typu blister (łatwe otwarcie); widoczna i czytelna data ważności
- zestaw marki Portex

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2.Czy Zamawiający w Części 8 w pozycji 2 dopuści filtr o wytrzymałości do 7,92 barów; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3.Czy Zamawiający w Części 8 w pozycji 3 dopuści cewnik zewnątrzoponowy, średnica zewnętrzna \varnothing 0,9 mm długość 90 cm; zamknięty koniec, z 3 otworami bocznymi; specjalny łącznik do cewnika (płaski, zatraskowy, o konstrukcji pozwalającej na bezpieczne połączenie cewnika z urządzeniami do podawania leku, zapewniający szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości, ze standardową końcówką typu luer lock); cewnik pasujący do igły Tuohy 18G (która ma średnicę całkowitą 1,3 mm). Jednorazowego użytku, sterylny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4.Czy Zamawiający w Części 8 w pozycji 4 dopuści strzykawkę niskooporowa do 10 ml (czytelnie wyskalowaną do 10 ml), o wygładzonym wnętrzu, o łagodnym przesuwie do metody spadku oporu, ze standardowa końcówką typu luer slip, bez lateksu; jednorazowego użytku, sterylną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5.Czy Zamawiający w Części 8 w pozycji 5 dopuści system do mocowania cewnika zewnątrzoponowego (zatraskowy, nisko-profilowy, przezroczysty, możliwość obserwacji miejsca wkłucia); system skutecznie zabezpiecza cewnik przed niekontrolowanym przemieszczeniem się. Jednorazowy, sterylny.

Oferowany system jest kompatybilny z cewnikiem zo 18G (do igły Tuohy 18G).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6.Czy Zamawiający w Części 8 w pozycji 6 dopuści igłę zewnątrzoponowa Tuohy 18G / długość 8 cm, średnica całkowita \varnothing 1,3 mm; wygodny uchwyt, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, znaczniki długości wkłucia co 1 cm (po 3 cm igły), dopasowany mandryn, kodowanie rozmiaru kolorem, końcówka Tuohy, Jednorazowego użytku, sterylna.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 6, poz. 2

7.Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne z celulozy typu Airlaid pokryte folią, o całkowitej gramaturze min. 55 g/m kw.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

8.Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Część nr 2 poz. 1 – sterylna serweta o wymiarach 50 x 70 cm samoprzylepna (zamiennie za rozmiar 49-51 x 49-61 cm) nieprzemakalna, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w min. 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające : numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób), oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

9.Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Część nr 2 poz. 3 – sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm samoprzylepna (zamiennie za rozmiar 75 x 75 cm), nieprzemakalna, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny, samoprzylepna. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w min. 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób).?

Odp.: W Części nr 2 poz. 3 Zamawiający dopuszcza: sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm samoprzylepna (zamiennie za rozmiar 75 x 75 cm), nieprzemakalna, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny, samoprzylepna. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w min. 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób).

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Część nr 2 poz. 3 – sterylna serweta o wymiarach 75 x 100 cm samoprzylepna (zamiennie za rozmiar 75 x 75 cm), nieprzemakalna, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny, samoprzylepna. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w min. 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób).?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 4, Pozycja 1

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek do toalety pacjenta o naturalnym PH, nie wymagające użycia wody oraz splukiwania, wykonane z miękkiej włókniny, rozmiar 20 cm x 22 cm, nasączona preparatem odświeżającym i nawilżającym z zawartością aleosu oraz witaminy E, o neutralnym pH (5,5), możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce do 20 sekund przy 700W, w całkowicie zamkniętym opakowaniu, z możliwością wielokrotnego otwierania, wielkość opakowania a'12 sztuk z przeliczeniem na 11 334 opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 4, Pozycja 2

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych czepków z zawartością środków myjących pielęgnacyjnych przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji włosów, nie wymaga użycia wody oraz splukiwania, wykonany z dwóch warstw: włóknina spunlace i folia PE, nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH (5,5), możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, zawierający w składzie m.in. Aloes, prowitaminę B5, witaminę E oraz diglukonian chlorheksydyny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 4, Pozycja 3

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych chusteczek w rozmiarze 22cm x 22cm, wykonane z miękkiej włókniny, nasączone 2% diglukonianem chlorheksydyny, skuteczność antybakteryjna 99,99% oraz przeciw grzybom 99,99%, zarejestrowane jako wyrób medyczny, opakowanie a'4 sztuki z przeliczeniem na 23 500 opakowań ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 5, pozycja 1

14. Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną bawełnianą o wymiarach 96 x 96 x 136 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 9, pozycja 1

15. Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń z zakończeniem typu Quincke w rozmiarze 25G o długości 88mm z prowadnicą?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 9, pozycja 1

16. Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń z zakończeniem typu pencil pont w rozmiarze 25G o długości 120mm z prowadnicą?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu 4 pozycja 1

17. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na myjki spełniające poniższy opis przedmiotu zamówienia?

„Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 cm x 30 cm, w składzie: nie wymagający splukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością pentanolu i

alantoliny, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę myjek zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 600 W. 10 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w formie piktogramów w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający w części 7 poz. 9 dopuści kleszczyki naczyniowe nazwa własna Rochester-Pean, zakrzywione, dł 185mm, wielorazowego użytku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 1, 2, 3:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku:

1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w umowie – w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nie dostarczonego towaru.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,5 % wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto niewymienionego towaru,

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 5)-6) Umowy lub wymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuszcza próbki niesterylne?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu 4 pozycja 1

21. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na myjki pakowane po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 13 600 opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 2, pozycja 1-7

22. Czy Zamawiający dopuści 4 naklejki typu TAG na opakowaniu zewnętrznym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 2, pozycja 5-6

23. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m². Serweta dwuwarstwowa (włóknina + folia)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 2, pozycja 7

24. Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na kończyne o wymiarach 70cm x 120cm wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m², z taśmami pakowanymi osobno?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 3, pozycja 1

25. Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30cm x 80cm, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O, chłonności 350%, odporności na wypychanie na sucho/mokro 108/95kpa?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 3, pozycja 1

26. Czy Zamawiający dopuści 4 naklejki typu TAG na opakowaniu zewnętrznym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 3, pozycja 2

27. Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 3, pozycja 2, składowa 1

28. Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do cesarskiego cięcia o wymiarach 200/260cm x 310dwuwarstwową wzmocnioną z otworem wypełnionym folią 30cm x 30 cm oraz wycięciem w kształcie gruszki o wymiarach 16cm x 18 cm z zintegrowaną torbą na płyny o gramaturze podstawowej 56g/m² oraz wzmocnieniu 86 g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 3, pozycja 2, składowa 2

29. Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o gramaturze 60g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 3, pozycja 2, składowa 3

30. Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy o gramaturze 77g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 3, pozycja 2, składowa 4

31. Czy Zamawiający dopuszcza przykrycie na stolik Mayo o gramaturze 87g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 3, pozycja 2

32. Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, pozycja 1-2

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miękkiego, wodoodpornego i wytrzymałego podkładu wykonanego z papieru laminowanego folią, wzmocnione 48 nitkami o gramaturze 40g/m² (23g/m² papier, 17g/m² folia) w rozmiarze 80x210cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 13, pozycja 1

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy żołądkowej bez przewodnicy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

35. Wadium - Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie

wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmywy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36.Część 2 – Czy Zamawiający dopuści opakowania serwet, osłon zaopatrzone w 3 metki samoprzylepne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

37.Część 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 35x120 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

38.Część 3 poz. 1 – czy Zamawiający dopuści min. 2 etykiety typu TAG/

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

39.Część 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę o odporności na penetrację płynów min. 180 cm H₂O, pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.


Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

40.Część 3 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex (PP+PE), o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, gramatura serwet 65g/m², zgodność z normą PN-EN 13795, bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy.

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 50 x 80cm;
- 1 kieszeń dwukomorowa samoprzylepna 30 x 40cm;
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 250/150x300cm z otworem 35 x 35cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywne) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

41.Część 3 poz. 2 – Raport walidacji procesu sterylizacji jest dokumentem wewnętrznym wytwórcy w związku z tym prosimy o odstąpienie złożenia dokumentu. Prosimy o dopuszczenie złożenie

certyfikatu jakości produktu z którego wynika, że wymagania dla rozwoju, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji dla wyrobów medycznych są spełnione.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

42.Część 3 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu papierowo – foliowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

43.Część 5 – Czy Zamawiający dopuści chusty wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Cześć 4

Poz.1.

44.Czy Zamawiający dopuści do oceny myjki Esemtan wash mitts w formie rękawic zgrzewanych, pH neutralne dla skóry. o wymiarach rękawicy 15,5 x 23,5 cm do jednoczesnego mycia i pielęgnacji ciała pacjentów, z zawartością alantoiny. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W).Oferowany produkt nie wymaga użycia wody i sputkiwania, nie zawiera mydła i barwników. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt przebadany dermatologicznie. Gramatura ok. 75g/m². Kosmetyk, opakowanie 10 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz.2.

45.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny Octenisan wash cap czepek do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody przeznaczony do jednorazowego użytku. wykonany z polipropylenu, gramatura 73g/m², produkt gotowy do użycia, nasączony środkiem myjącym bez substancji zapachowych i barwników, czepek nie wymaga sputkiwania, zawiera w składzie między innymi: wodę, alantoinę, glicerynę oraz oktenidynę. Czepek o średnicy 29 cm, można stosować w temperaturze pokojowej lub podgrzewać w kuchence mikrofalowej (maksymalnie 20 sek / 600 W). Kosmetyk, opakowanie 1 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz.3.

46.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny myjki Octenisan wash mitts typu rękawica zgrzewana do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody m. in. w postępowaniu przedoperacyjnym. Do mycia i dekontaminacji ciała przy zakażeniach MDRO. Myjka, o wymiarach 21x16cm wykonane z polipropylenu, o gramaturze 73g/m². Zawiera w składzie m.in. dichlorowodorek oktenidyny, alantoinę. Produkt utrzymuje naturalne /kwaśne/ pH skóry co utrudnia kolonizację. Produkt nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Kosmetyk, opakowanie handlowe zawiera 8 sztuk myjek.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie ogólne

47.W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Odp.: Po przeliczeniu zapotrzebowania na opakowania należy ilość opakowań zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Część 1

Lp.1

48.Czy Zamawiający dopuszcza wzmocnioną osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 150x240cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.2

49.Czy Zamawiający dopuszcza kompres gazowy 10x10cm (gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, znacznik RTG, biały) w ilości 25 szt?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 2

50.Pozycja 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny (dwie sterylne nogawice w jednym opakowaniu) z mocnego nieprzemakalnego, nieprzezroczystego laminatu o wymiarach 75cm x 120cm bez taśm samoprzylepnych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 2

51.Pozycja 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych osłon chirurgicznych na kończyny (dwie sterylne nogawice w jednym opakowaniu) z mocnego nieprzemakalnego, nieprzezroczystego laminatu o wymiarach 75cm x 120cm bez taśm samoprzylepnych + dodatkowo oddzielnie pakowane sterylne taśmy samoprzylepne o wymiarach 10cm x 50cm pakowane a ' 2 szt. w jednym opakowaniu (ale skalkulowana w cenę całego zestawu).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 3

52.Pozycja 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na kończynę wykonanej z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej PP-spunbond) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 55g/m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 196 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

53.Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 55g/m² o poniższym składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa do cięcia cesarskiego o wymiarach 260 x 320 cm z otworem w części brzusznej wypełnionym folią o wymiarach 32 x 32 cm z wbudowaną torbą na płyny i dwoma organizernami na przewody
- 1 x serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75 x 45 cm z taśmą lepłą wzdłuż dłuższego boku
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona o wymiarach całkowitych 150 x 190 cm (opakowanie zestawu) i gramaturze całkowitej 90 g/m² wykonana z warstwy folii polietylenowej i wzmocnienia wykonanego z hydrofilowej włókniny polipropylenowej o wymiarach (75 cm x 190 cm).
- 1 x serweta na stół Mayo o wymiarach 80 x 145 cm i gramaturze całkowitej 90 g/m² wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia minimum 60cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej.
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 x 50 cm
- 1 x kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna o wymiarach szerokość 43 cm, głębokość 38 cm
- 1 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 8 warstw 17 nitek
- 1 x kompres z gazy 5 x 5 cm 8 warstw 17 nitek
- 1 x kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek
- 1 x tupfer z włókniny Ø 5 cm wielkości jajka

W środku zestawu min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema

papierowymi wstawkami z papieru typu Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony lub w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z papierowym kołnierzem do otwierania zestawu. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

WZÓR UMOWY – Załącznik nr 7 do SIWZ.

§ 11 ust. 1

54. Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści projektu umowy ww. zakresie, nadając im nowe brzmienie:

W przypadku poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę brak zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie, Dostawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych o podobnych parametrach do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§ 13 ust. 1 pkt. 1, 2, 3,

55. Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści projektu umowy ww. zakresie, nadając im nowe brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku:

1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,5% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 5)-6) Umowy lub wymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 10,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

§ 13 ust. 4

56. Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści projektu umowy ww. zakresie, nadając im nowe brzmienie:

4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 10% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 8 ust. 1 Umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

§ 20 ust. 5

57. Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści projektu umowy ww. zakresie, nadając im nowe brzmienie:

5. Wszelkie spory wynikłe z Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Powoda.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

58. Czy Zamawiający zgodzi się wydłużenie terminu dostawy do 40 dni w pakiecie 7 ?

Odp.: W zakresie części nr 7, Zamawiający wyraża zgodę na termin dostawy do 40 dni.

Powyższe dopuszczenia Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 – 2.13 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 3 oraz art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), **przedłuża termin składania ofert do dnia 22.11.2023 r. do godz. 9:00.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

- **rozdz. XV Przedmiotowe Środki dowodowe pkt 3) ppkt e oraz pkt 6) SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

3) (...)

e. Oferowane produkty będą oceniane w oparciu o testowanie dostarczonych próbek (produktów, zgodnych z opisem w załączniku nr 2.1 do SWZ), które należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia **22.11.2023 r. do godz. 09:00** do Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych, pok. 012, ul. Wawelska 15b, 02-034 Warszawa.

6) Próbki oferowanych produktów powinny być złożone w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym:
„Próbki do postępowania na Dostawa wyrobów medycznych
oznaczenie sprawy: PN-213/23/KT, część nr
nie otwierać przed 22.11.2023 r. godz. 10:00”

- **rozdz. XVI Wadium pkt 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 22.11.2023 r. do godz. 09:00** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)”

- **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://nio.ezamawiajacy.pl> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 22-11-2023r. o godz. 09:00.

- **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.11.2023 r. o godz. 10:00”**

- **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **19.02.2024r.**”

Z poważaniem

Załączniki:

1/ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

10 ST. SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Peruch-Wawon

KIEROWNIK
SEKCJI ZAOPATRZENIA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Beata Poniatowska-Kuc