

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

W zakresie części nr 1

- 1) CENA brutto – 60 (waga podana w punktach)**
- 2) JAKOŚĆ – 40 (waga podana w punktach)**

Wymagane próbki

- do pozycji 1 - 2 zestawy

Kryteria oceny ofert:

Parametr podlegający ocenie	Sposób oceny (pkt)
Poz. 1	
Łatwość otwarcia opakowania i aplikacji poszczególnych części składowych zestawu z zachowaniem zasad aseptyki (zestaw pakowany w sposób ułatwiający otwarcie i szybką aplikację poszczególnych części składowych zgodnie z zasadami aseptyki)	- spełnia wymagania określone parametrem – 1 pkt. - nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.
Miękkość i elastyczność włókniny (łatwe założenie i osłonięcie obszaru operacyjnego)	- spełnia wymagania określone parametrem – 1 pkt. - nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.
Łatwość usuwania części składowych zestawu z taśmami lepnyymi (części składowe z taśmą lepna z zestawu można usunąć w sposób bezpieczny dla pacjenta bez odparzeń i odczynów alergicznych)	- spełnia wymagania określone parametrem – 1 pkt. - nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.

W zakresie części nr 3

Wymagane próbki:

- do pozycji 1 - 2 sztuki

Kryteria oceny ofert:

Parametr podlegający ocenie	Sposób oceny (pkt)
Poz. 1	
Wytrzymałość włókniny (jednolity materiał, odporny na uszkodzenia i nie rozwarstwia się przy zakładaniu)	- spełnia wymagania określone parametrem – 1 pkt. - nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.
Dokładność wykonania (brak wystających nitok, dokładność przeszycia, precyzyjne wykończenie)	- spełnia wymagania określone parametrem – 1 pkt. - nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.