

Warszawa, 14 listopada 2023 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę sprzętu medycznego, znak postępowania **PN-211/23/HO**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ,

dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 1:

„Zadanie nr 3: Dot. par. 9 ust. 6 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości brutto umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie nr 2:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 1 Załącznika nr 2.3 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści sterowane elektronicznie pompy przeznaczone do stosowania u dorosłych, do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych bez możliwości podaży podskórną drogą dostępu?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 5 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy dedykowane do pracy w warunkach szpitalnych i naziemnym transporcie medycznym?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 4:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 6 Załącznika nr 2.3 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy z dokładnością podaży +/- 5%?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 5:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 7 Załącznika nr 2.3 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające stopień ochrony IP22?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 6:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 8 Załącznika nr 2.3 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające kolorowy wyświetlacz 3.2” (wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, 400x240 punktów) wyposażony w funkcję dotykową?

Dodatkowo pompy wyposażone są w klawiaturę alfanumeryczną, która znacznie przyspiesza obsługę pompy a ponadto stanowi dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek uszkodzenia ekranu i możliwości wprowadzania zmian przez dotyk.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 10 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy, w których komunikacja pomiędzy pompą a stacją dokującą odbywa się za pośrednictwem podczerwieni?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 11 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza pompy, które można podłączyć do stacji dokującej wyposażonej w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11b, 802.11g, 802.11n?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 9:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 14 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy, w których istnieje możliwość wgrania (na życzenie) biblioteki leków (do 40 oddziałów, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków, w pełni dostosowanej do potrzeb Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 15 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy z wbudowanym akumulatorem Ni-MH?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 11:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 18 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy o wadze maks. 2,39 kg?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 12:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 20 i 21 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy, które mogą łączyć się w moduły z użyciem stacji dokującej oraz posiadają wbudowaną na stałe klemę do mocowania pomp do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych (zakres regulacji 8-36 mm)?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 13:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 23 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy z wstępnie wybieraną objętością w zakresie od

0,1-20000 ml programowaną co:

Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml

Od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml

Od 1000 ml do 20000 ml, co 1 ml?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 14:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 25 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy nieposiadające wskazanej funkcjonalności? Pewną kontrolą zapewnia użycie detektora kropli.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 15:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 30 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy z trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 32 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy, w których istnieje możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika w zakresie 75-900 mmHg (12 poziomów)?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 17:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 33 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza pompy infuzyjne, w których informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora jest widoczna po dotknięciu ikony akumulatora na ekranie dotykowym?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 18:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 37 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy, w których data kolejnego przeglądu może być widoczna po wejściu w menu?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 19:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 42 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści stojaki, w których maksymalne obciążenie wynosi 35 kg?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 20:

„Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 44 Załącznika nr 2.3 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wraz z pompami został dostarczony pakiet startowy:

- Zestaw onkologiczny z filtrem 0,2µm oraz portem bezigłowym (za pompą). Materiał PCW bez ftalanów. Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP – szt. 200
- Światłochronny zestaw onkologiczny z 5 portami bezigłowymi (4 przed; 1 za pompą). Materiał PCW bez ftalanów. Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP – szt. 200
- Zestaw onkologiczny z 5 portami bezigłowymi (4 przed; 1 za pompą). Materiał PCW bez ftalanów. Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP – szt. 100
- Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych. Materiał PCW bez ftalanów. Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP – szt. 400
- Standardowy zestaw do przetoczeń. Materiał PCW bez ftalanów. Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP. dł. 285cm / lub / Podstawowy zestaw dodatkowy z portem bezigłowym dł. 40cm Materiał PCW bez ftalanów. Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP. – szt. 600.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 21:

„Zadanie nr 3: Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby częstotliwość przeglądów była zgodna z zaleceniami producenta? Wykonawca zapewni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 22:

„Zadanie nr 3: Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu był nie dłuższy niż 48 lub 72 godzin (wybrać) od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 23:

„Zadanie nr 3: Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas na usunięcie usterek i wad sprzętu wynosił 5 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 24:

„Zadanie nr 3: Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego na czas przestoju (okres gwarancji w takim przypadku nie ulegały przedłużeniu)?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 25:

„Dotyczy załącznika nr 2.7 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy – rozdział II Gwarancja i serwis , punkt 15, część 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację :

W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych.

Prosimy o korekcie na:

W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych, dopuszczony zostanie sprzęt w wersji RUO.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. Niniejsza zmiana została uwzględniona w obowiązującym Załączniku nr 2.7 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy.

Pytanie nr 26:


„Prosimy o wyjaśnienie jakiego systemu ssącego (systemu do wkładów jednorazowych, jakich pojemników) używa obecnie Zamawiający? – dot. załącznik nr 2.2 do SWZ poz. 8?”

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie używa system wkładów firmy Aspen.

Pytanie nr 27:

„Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w załączniku nr 2.2 do SWZ poz. 9 wymaga pojemnika wielorazowego przystosowanego do wkładów jednorazowych? Poniżej przesyłamy przykładowe zdjęcie.”



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemnika wielorazowego do wkładów jednorazowych.

Pytanie nr 28:

„Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w załączniku nr 2.2 do SWZ poz. 9 wymaga pojemnika wielorazowego przystosowanego do sterylizacji z pokrywą? Poniżej przesyłamy przykładowe zdjęcie.”



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemnika wielorazowego przystosowanego do sterylizacji z pokrywą.

Pytanie nr 29:

„Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w załączniku nr 2.2 do SWZ poz. 9 wymaga pojemnika zabezpieczającego? Poniżej przesyłamy przykładowe zdjęcie.”



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemnik zabezpieczający.

Pytanie nr 30:

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 2.2 do SWZ poz. 9 pojemnik zabezpieczający 50 ml? Pojemność tego elementu nie ma wpływu na funkcjonowanie, pojemnik zabezpieczający służy tylko do zabezpieczenia regulatora przed zalaniem. Poniżej przesyłamy przykładowe zdjęcie.”



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 31:

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 2.2 do SWZ poz. 9 pojemnik na wydzielinę wielorazowy z poliwęglanu 285 ml? Poniżej przesyłamy przykładowe zdjęcie.”



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 32:

„Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 2.2 do SWZ poz. 10 urządzenie wykonane z mocnego, technopolimeru (równie trwałego materiału) z ochronną silikonową osłoną zapobiega uszkodzeniom miernika spowodowane możliwymi wstrząsami podczas transportu lub użytkowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 33:

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w załączniku nr 2.2 do SWZ poz. 11 wymaga urządzenia z możliwością mocowania na szynę EUROSTANDARD o przekroju 10 x 25 mm? Zgodnie z poniższym zdjęciem.”



Odpowiedź:

Mocowanie na szynę o wymiarach 10 x 30 mm.

Pytanie nr 34:

„Prosimy Zamawiającego o podanie przekroju/ wymiarów szyny dot. załącznika nr 2.2 do SWZ poz. 11.”

Odpowiedź:

Szyna o wymiarach 10 x 30 mm.

Pytanie nr 35:

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w załączniku nr 2.2 do SWZ zaakceptują dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez szkolenia, instruktażu, montażu, uruchomienia i oddania sprzętu do eksploatacji technicznej bez udziału Wykonawcy na miejscu dostarczenia towaru? Warto zauważyć, że ssaki próżniowe nie są urządzeniami skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 36:

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptują dostawę towaru w załączniku nr 2.2 do SWZ za pośrednictwem firmy kurierskiej bez obecności Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 37:

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w załączniku nr 2.2 do SWZ odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów technicznych. Rezygnacja z wymogu przeglądów, serwisu oraz konserwacji wpłynie korzystnie na wartość oferty. Producenci urządzeń opisanych w w/w pakiecie nie wymagają serwisów, konserwacji i przeglądów wykonywanych przez dystrybutora. Zalecają

jedynie kontrole przez użytkownika sprzętu. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 38:

„Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia usterek i wad sprzętu w załączniku nr 2.2 do SWZ do 7 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia oraz prosimy o wyrażenie zgody naprawy urządzeń w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu urządzenia, który wymaga usunięcia usterki i awarii nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego w obydwie strony pokrywałby Wykonawca.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 39:

„Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego dot. projektowych postanowień umowy dot. załącznika nr 2.2 do SWZ. W załączanym pliku dot. umowy znajdują się załącznik nr 7, który obejmują wykonywanie prac na terenie NIO-PIB (oświadczenie dot. szkolenia BHP, badań lekarskich, zgłoszenie prowadzonych prac, spis stosowanych substancji chemicznych). Zakres postępowania dot. załącznika nr 2.2 nie dotyczy prac budowlanych. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z projektowych postanowień umowy dot. załącznika nr 2.2 do SWZ- załącznika nr 7.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie nr 40:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp objętościowych produkowanych w Europie, renomowanej na światowym rynku firmy o równoważnych parametrach odnosząc się do poszczególnych punktów z tabeli specyfikacji, odnośnie których występują niewielkie różnice :

I	Pompy infuzyjne objętościowe
1.	Pompa objętościową do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania następujących preparatów przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania: - płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe (brak możliwości podaży żywienia dojelitowego), - leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające), - krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków.
3.	Możliwość aktualizacji oprogramowania pompy oraz biblioteki leków przewodowo ze względów bezpieczeństwa odłączonej od pacjenta.
5.	Pompa objętościowa dedykowana do pracy w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych oraz w naziemnym i powietrznym transporcie medycznym (tj. karetki, samoloty, helikoptery ratunkowe) – stosując odpowiednie uchwyty.
6.	Dokładność podaży +/- %5.
7.	Stopień ochrony IP22 zabezpieczający przed wilgocią
8.	Wyświetlacz niebieski monochromatycznym czytelny graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm z bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną umożliwiającą łatwą obsługę pompy
11.	Możliwość podłączenia pompy do stacji dokującej wyposażona w moduł łączności przewodowej LAN ; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w

	standardzie HL7-IHE;
13.	Możliwość programowania parametrów infuzji w zakresie Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/h, mg/m2/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?
16.	Pobór mocy w normalnych warunkach pracy 10W
26.	System automatycznego wstrzymania podaży bolusa i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta)
31.	Pompa wyposażona w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie; gdzie lampki infuzji w trybie nocnym są mniej jaskrawe, a ekran przyciemniony. Regulacja kontrastu
32.	Cięnienie okluzji możliwe do ustawienia aż 19 poziomach w zakresie od 50 do 750 mmHg, a wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy
42.	Statyw umożliwiający zawieszenie minimum 3 pomp do 6,5 kg oraz 4 wieszaki z możliwością obciążenia każdego po 2 kg
I.2	Zestawy do infuzji leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego
44.	Wraz z pompami zostanie dostarczony-pakiet startowy niezbędny do uruchomienia pomp: -Linia infuzyjna z filtrem 0,2 mikrona . Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP – szt. 200 - Linia infuzyjna z PUR do leków z 5 wejściami infuzyjnymi. Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP – szt.100 Pozostałe linie bez zmian

Pozostałe parametry zgodne z SWZ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 41:

„Czy pompy powinny posiadać funkcję Dynamicznego Systemu Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia? Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Jednocześnie, na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie terminów wskazanych w:

rozd. XVI Wadium pkt. 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:

„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 22.11.2023 r. do godz. 09:00** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)”

rozd. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://nio.ezamawiajacy.pl> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej

prowadzonego postępowania **do dnia 22.11.2023 r. o godz. 09:00.**”

rozd. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:
„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22.11.2023 r. o godz. 10:00**”

rozd. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:
„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 19.02.2024 r.**”

Pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe dopuszczenia oraz zmiany, podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Wioletta Dmowska

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Halina Opolska

Załączniki:

1. Załącznik nr 2.7 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy – obowiązujący
2. Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji