

Warszawa, 27 października 2023 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę wyrobów medycznych i niemedycznych jedno i wielorazowych, **znak postępowania PN-226/23/HO**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 1:

załącznik 2.4, poz. 1-6

„Czy Zamawiający wymaga, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemnościach, 5L,10L, 20L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby pojemniki o pojemnościach, 5L,10L, 20L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm. Niniejsza zmiana została uwzględniona w obowiązującym Załączniku nr 2.4 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy AKTUALNY

Pytanie nr 2:

załącznik 2.4

„Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby oznakowanie pojemników na odpady medyczne było zgodne z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, tj. posiadały widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

- 1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
- 2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
- 3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
- 4) numer książki rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;
- 5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
- 6) datę i godzinę zamknięcia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga oznakowania pojemników.

Pytanie nr 3:

załącznik 2.4, poz. 1-8

„Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby pojemniki na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby pojemniki na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2.9, część nr 9, pozycja 1) aby produkty przeciwzakrzepowe miały minimalną siłę ucisku 18mmHg na poziomie kostki, który zmniejsza się od części dystalnej do proksymalnej?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2.9, część nr 9, pozycja 1) produkty przeciwzakrzepowe, które posiadają wyprofilowanie pięty i stopy oraz z wykończeniem na udzie, które stabilnie dopasowuje wyroby i utrzymuje je na kończynach, w 10 różnych rozmiarach: dla obwodów w kostce od 16 - 19cm, 19 -24,5cm, 24,5 - 29cm, 29 - 32cm, dla obwodów łydek 23 - 30cm, 30 - 38cm, 38 - 46cm, 46 - 53cm, 53 - 66cm, dla obwodów ud 39 - 74cm, 45 - 80cm, 50 - 86cm, 55 -90cm oraz w dwóch zakresach długości podudzia od 64 - 80 cm i 80 - 97cm? Tak szeroki zakres rozmiarów i unikatowa technologia pozwala na dopasowanie produktów dla każdego pacjenta.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty o innych niż wskazane w OPZ oznaczeniach rozmiarów.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2.9, część nr 9, pozycja 1) wykonane z miękkiej, przyjaznej dla skóry i przepuszczającej powietrze dzianiny (bez dodatku lateksu) o składzie: 77% poliamid, 19% elastan; 4% Neopren, która jest rozciągliwa w dwóch płaszczyznach i w połączeniu z wyprofilowaniem kształtu nogi gwarantuje prawidłowy gradient ciśnienia, nawet w przypadku ekstremalnych obwodów kończyn?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany skład produktu.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2.9, część nr 9, pozycja 1) produkty przeciwzakrzepowe, które posiadają anatomicznie dopasowane okienko rewizyjne u nasady palców po stronie grzbietowej stopy (pozwala to na łatwą i szybką ocenę bezpieczeństwa) oznaczone kolorystycznie do łatwego dopasowania/wyboru rozmiaru?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2.9, część nr 9, pozycja 1) produkty przeciwzakrzepowe, które są wyrobem medycznym nie zawierającym jonów srebra?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty nie zawierające jonów srebra.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2.9, część nr 9, pozycja 1) produkty przeciwzakrzepowe, które są pakowane po 10 par w kartonie?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2.9, część nr 9, pozycja 1) produkty przeciwzakrzepowe, które posiadają inne oznaczenie rozmiarów niż w opisie przedmiotu zamówienia?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty o innych niż wskazane w OPZ oznaczeniach rozmiarów.

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści Zestaw obłożeń do tomografii:

1. Serweta z laminatu polietylenowo-polipropylenowego o gramaturze 43g/m², odporność na przenikanie cieczy min 180 cm H₂O, chłonność min 617%, 240x140cm, wyposażona w panel foliowy 240x60cm. Serweta z przylepnym otworem podwójnym 2x 15x15cm przedzielonym taśmą samoprzylepną. Otwory zabezpieczone łatwo zdejmowalną przesłoną. Otwory umieszczone wzdłuż krótszego boku w odległości 20cm od panelu foliowego oraz 40cm od dolnej krawędzi - 1 szt
2. Kompresy z gazy 17N 7,5x7,5 cm 8W - 50szt
3. Igła iniekcyjna 18G x 2 1,2x50mm różowa -1 szt.
4. Igła iniekcyjna 21G x 2 0,8x50mm zielona -1 szt.
5. Strzykawka 3-częściowa Luer-Lock 10ml -2 szt
6. Strzykawka 3-częściowa Luer-Lock 20ml - 2 szt
7. Etykieta samoprzylepna czerwona, 30x15mm do znakowania strzykawk - 1szt.
8. Etykieta samoprzylepna biała, 30x15mm do znakowania strzykawk - 1szt.
9. Etykieta samoprzylepna żółta, 30x15mm do znakowania strzykawk - 1szt.
10. Etykieta samoprzylepna niebieska, 30x15mm do znakowania strzykawk - 1szt.
11. Pojemnik plastikowy okrągły, ze skalą , 500ml, wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm, transparentny -1 szt

12. Pojemnik plastikowy okrągły, ze skalą , 1000ml, wysokość 8cm, średnica denka 12cm, transparentny -1szt.
13. Szpatałka plastikowa do dezynfekcji pola operacyjnego 14cm z gąbką -1 szt.
14. Kleszczyki metalowe pean prosty Rochester 14cm, jednorazowe znaczone kolorem - 1szt.
15. Skalpel chirurgiczny NR 11, ręczka plastikowa, osłona ostrza 1 szt.
16. Osłona foliowa na sprzęt, okrągła z gumką, 72x36cm, transparentna- 1 szt.
17. Taśma medyczna samoprzylepna 9x50cm- 2 szt.
18. Fartuch chirurgiczny z włókniny sms 35g/m2, mankiety poliestrowe o długości min. 8 cm, rozmiar L- 2szt.
19. Serwetka celulozowa chłonna 50x40cm -2 szt.
20. Serweta stanowiąca zawinięcie zestawu, 150x150cm z laminatu polietyleonowo-polipropylenowego o gramaturze 43g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 180 cm H2O, chłonność min 617 % - 1 szt.

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową ze zgrzewem w kształcie V i wycięciem na kciuk do bezpyłowego otwierania. Etykieta z min. dwoma metkami samoprzylepnymi z identyfikacją producenta, indeksem wyrobu oraz numerem LOT.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany Zestaw obłożeń do tomografii.


Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust.1 w związku z art. 88 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pomyłką pisarską dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2023/S 204-639921 jak również brakiem wypełnienia sekcji VI.3 Informacje dodatkowe, Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w powyższym zakresie oraz uzupełnia Sekcję VI.3 o dodatkowe informacje. W załączeniu „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioletta Dmowska

Załączniki:

1. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
2. Załącznik nr 2.4 do SWZ - Przedmiot zamówienia _ formularz cenowy AKTUALNY

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Halina Opolska