

Warszawa, 05.01.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa sprzętu medycznego.

PN-244/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Załącznik nr 2.4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia, pkt 7:

1. Czy przez pojęcie "świadectwo kalibracji" Zamawiający rozumie świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium posiadające akredytację PCA ?

Odp.: Tak.

2. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 8 Przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym w świetle Zarządzenia MDR oraz Ustawy o zamówieniach publicznych. Czy Zamawiający podtrzymuje obowiązek dostarczenia certyfikatu CE ?

Odp.: Zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ, Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2022 poz. 974) a w przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

Powyższe dopuszczenia/zmiany Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.4 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Milena Kałużna -Nowak