

Warszawa, 28.12.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa sprzętu medycznego. PN-244/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Dotyczy Części nr 7:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterek i wad sprzętu do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja i nie obejmują uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

3. (Dot. wzoru umowy §9 ust. 3.) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy do 10% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

4. (Dot. wzoru umowy §9 ust. 4.) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną wysokość kar umownych do 20% łącznego wynagrodzenia brutto? Obecna wysokość kar jest wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

dot. cz. 5

5.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu o wymiarach zewnętrznych mniejszych od podanych w poz. 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tzn. 300x150x300 mm (SxWxG) (+5%/ -10%)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

cz. 5

6.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody monopolarnej, wielorazowego użytku kulkowej o śr. 6mm, prostej, dł. 11,5cm – 2 szt opisanej w poz. 17 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Akcesoria do aparatu na Klinikę Ginekologii Onkologicznej)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe dopuszczenia/zmiany Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.5, 2.7 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dot. części nr 1-6, 8-9 oraz w Załączniku nr 8 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dot. części nr 7, stanowiących załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Wobec zmian treści SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), **przedłuża termin składania ofert do dnia 15.01.2024 r. do godz. 9:00.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

- **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://nio.ezamawiajacy.pl> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 15.01.2024 r. do godz. 09:00”

- **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2024 r. o godz. 10:00”

- **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.04.2024 r.”

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Milena Kałużna -Nowak

Załączniki:

1/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2/załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego_ obowiązujący - dot. części nr 1-6, 8-9

3/załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego_ obowiązujący - dot. części nr 7